



ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๗,๘๔๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. Feeding Tube No.๕ สายให้ อาหาร	จำนวน	๑๑,๐๐๐	เส้น
๒. Feeding Tube No.๖ สายให้ อาหาร	จำนวน	๖,๐๐๐	เส้น
๓. Feeding Tube No.๘ สายให้ อาหาร	จำนวน	๑๐,๐๐๐	เส้น
๔. Feeding Tube No.๑๐ สายให้ อาหาร	จำนวน	๔,๐๐๐	เส้น
๕. Foley cath No.๖ สายสวนทาง เดินปัสสาวะ	จำนวน	๑,๐๐๐	เส้น
๖. Foley cath No.๘ สายสวนทาง เดินปัสสาวะ	จำนวน	๙๐๐	เส้น
๗. Foley cath No.๑๐ สายสวนทาง เดินปัสสาวะ	จำนวน	๙๐๐	เส้น
๘. Foley cath No.๑๒ สายสวนทาง เดินปัสสาวะ	จำนวน	๖๐๐	เส้น

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.childrenhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๔๑๕ ต่อ ๖๐๙๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



(นายอดิศักดิ์ ภัตตาตั้ง)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๐/๒๕๖๖

การซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
ตามประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สถาบันฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. Feeding Tube No.๕ สายให้ อาหาร	จำนวน	๑๑,๐๐๐	เส้น
๒. Feeding Tube No.๖ สายให้ อาหาร	จำนวน	๖,๐๐๐	เส้น
๓. Feeding Tube No.๘ สายให้ อาหาร	จำนวน	๑๐,๐๐๐	เส้น
๔. Feeding Tube No.๑๐ สายให้ อาหาร	จำนวน	๔,๐๐๐	เส้น
๕. Foley cath No.๖ สายสวนทาง เดินปัสสาวะ	จำนวน	๑,๐๐๐	เส้น
๖. Foley cath No.๘ สายสวนทาง เดินปัสสาวะ	จำนวน	๙๐๐	เส้น
๗. Foley cath No.๑๐ สายสวนทาง เดินปัสสาวะ	จำนวน	๙๐๐	เส้น
๘. Foley cath No.๑๒ สายสวนทาง เดินปัสสาวะ	จำนวน	๖๐๐	เส้น

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ สัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบันฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
 - กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

- (๓) รายการพิจารณาที่ ๑ Feeding Tube No.๕ สายให้อาหาร
 (๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 (SMEs) (ถ้ามี)
 (๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม
 แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๔) รายการพิจารณาที่ ๒ Feeding Tube No.๖ สายให้อาหาร
 (๔.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 (SMEs) (ถ้ามี)
 (๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม
 แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๕) รายการพิจารณาที่ ๓ Feeding Tube No.๘ สายให้อาหาร
 (๕.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 (SMEs) (ถ้ามี)
 (๕.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม
 แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๖) รายการพิจารณาที่ ๔ Feeding Tube No.๑๐ สายให้อาหาร
 (๖.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 (SMEs) (ถ้ามี)
 (๖.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม
 แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๗) รายการพิจารณาที่ ๕ Foley cath No.๖ สายสวนทางเดินปัสสาวะ
 (๗.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 (SMEs) (ถ้ามี)
 (๗.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม
 แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๘) รายการพิจารณาที่ ๖ Foley cath No.๘ สายสวนทางเดินปัสสาวะ
 (๘.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 (SMEs) (ถ้ามี)
 (๘.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม
 แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๙) รายการพิจารณาที่ ๗ Foley cath No.๑๐ สายสวนทางเดินปัสสาวะ
 (๙.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 (SMEs) (ถ้ามี)
 (๙.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๑๐) รายการพิจารณาที่ ๘ Foley cath No.๑๒ สายสวนทางเดินปัสสาวะ

(๑๐.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๑๐.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๑๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๓๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สถาบันฯ ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละรายการ โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ทั้งนี้ สถาบันฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว สถาบันฯจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมustตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สถาบันฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ สถาบันฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สถาบันฯ

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่ยื่นแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบันฯ จะพิจารณาจากราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันฯ

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันฯ มีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สถาบันฯ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สถาบันฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สถาบันฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สถาบันฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันฯ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบันฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อสถาบันฯจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือสถาบันฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสถาบันฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบันฯยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสถาบันฯ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบันฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสถาบันฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า นับถัดจากวันที่ สถาบันฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุง ปี ๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสถาบันฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุง ปี ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสถาบันฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้าทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มี

ใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่นับปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ยื่นข้อเสนอ ค่าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบันฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ เรียกธำนาจใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สถาบันฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกธำนาจ ค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันฯ ไม่ได้

(๑) สถาบันฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สถาบันฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับสถาบันฯ ไว้ชั่วคราว

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายละเอียด Feeding Tube No ๕ จำนวน ๑๑,๐๐๐ เส้น
(รายการที่ ๑)

คุณลักษณะ

๑. เป็นสายสำหรับให้อาหารทำจาก PVC ชนิด Medical Grade มีความยาว ๕๐ เซนติเมตร และมีความยืดหยุ่นพอเหมาะ ไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ
๒. ตัวสายมีลักษณะใส เพื่อสามารถสังเกตสีและลักษณะของอาหารได้ชัดเจน
๓. ผิวของสายทั้งภายนอกและภายใน มีลักษณะเรียบสม่ำเสมอตลอดเส้น เพื่อช่วยให้การใส่สายเข้าไปทางเดินอาหารสะดวก ไม่ระคายต่อเยื่อของหลอดอาหารขณะใส่
๔. ปลาสายมีลักษณะ ดังนี้
 - ๔.๑ มีลักษณะโค้งมน เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และไม่มีรูเปิด
 - ๔.๒ ด้านข้างของสาย มีรูจำนวน ๒ รู อยู่ตรงข้ามกันแต่อยู่คนละระดับโดยทั้ง ๒ รู ต้องอยู่ห่างจากปลายสายไม่เกิน ๑.๕ ซม. และรูทั้ง ๒ ต้องสามารถให้อาหารเหลวผ่านได้ง่าย
๕. สีสองข้อต่อ (Connector) ของสายเป็นสีตามเบอร์แบบสากล พร้อมทั้งมีฝาปิดที่ข้อต่อ
๖. มีขีดบอกตำแหน่งความลึกของสายทุก ๑๐ เซนติเมตร โดยเริ่มจากปลายสายตั้งแต่ระดับ ๒๐ ๓๐ และ ๔๐ เซนติเมตร
๗. ผลิตภัณฑ์บรรจุของละ ๑ เส้น ในซองที่ผ่านขั้นตอนการทำให้เป็นสุญญากาศ ที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้
๘. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas หรือ Gamma Ray

เงื่อนไข

๑. มีหนังสือรับรองที่ยังไม่หมดอายุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. มีใบอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๓. ถ้าผลิตในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
๔. ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ต้องมีหนังสือ มอก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ ISO ๑๓๔๘๕ หรือ ISO ที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือระบบงานที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๕. บนซองบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้น แสดงรายละเอียดของ ชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่บริษัท ประเทศ ผู้ผลิต Lot No ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้ง
๖. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ ตามรายละเอียดต่างๆที่กำหนดไว้ทุกข้อจากผู้ผลิตมาแสดง
๗. บริษัทที่ต้องการเข้ามาเสนอราคาต้องส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดสอบการใช้งานจำนวน ๕๐ เส้น
๘. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการใช้งานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๙. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว บริษัทต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๑๐. เมื่อ/...

Signature

๑๐. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กแล้ว หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัททั้งหมด

๑๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก

๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบสินค้าจะส่งมอบเป็นงวด ๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กฯ แห่งชาติมีหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวด ๆ

ลงชื่อ ศิริลักษณ์ ทอสุวรรณ ประธานกำหนดรายละเอียด
(นางสาวศิริลักษณ์ ทอสุวรรณ)

ลงชื่อ อมร ทอสุวรรณ กรรมการ
(นางอรรณ ขาวโสภา)

ลงชื่อ อมร ทอสุวรรณ กรรมการ
(นางสาวธัญญา ดีปานวงศ์)

รายละเอียด Feeding Tube No ๒ จำนวน ๒,๐๐๐ เส้น
(รายการที่ ๒)

คุณลักษณะ

๑. เป็นสายสำหรับให้อาหารทำจาก PVC ชนิด Medical Grade มีความยาว ๕๐ เซนติเมตร และมีความยืดหยุ่นพอเหมาะ ไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ
๒. ตัวสายมีลักษณะใส เพื่อสามารถสังเกตสีและลักษณะของอาหารได้ชัดเจน
๓. ผิวของสายทั้งภายนอกและภายใน มีลักษณะเรียบสม่ำเสมอตลอดเส้น เพื่อช่วยให้การใส่สายเข้าไปในทางเดินอาหารสะดวก ไม่ระคายต่อเยื่อของหลอดอาหารขณะใส่
๔. ปลายสายมีลักษณะ ดังนี้
 - ๔.๑ มีลักษณะโค้งมน เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และไม่มีรูเปิด
 - ๔.๒ ด้านข้างของสาย มีรูจำนวน ๒ รู อยู่ตรงข้ามกันแต่อยู่คนละระดับโดยทั้ง ๒ รู ต้องอยู่ห่างจากปลายสายไม่เกิน ๑.๕ ซม. และรูทั้ง ๒ ต้องสามารถให้อาหารไหลผ่านได้ง่าย
๕. สีของข้อต่อ (Connector) ของสายเป็นสีตามเบอร์แบบสากล พร้อมทั้งมีฝาปิดที่ข้อต่อ
๖. มีขีดบอกตำแหน่งความลึกของสายทุก ๑๐ เซนติเมตร โดยเริ่มจากปลายสายตั้งแต่ระดับ ๒๐ ๓๐ และ ๔๐ เซนติเมตร
๗. ผลิตภัณฑ์บรรจุของละ ๑ เส้น ในซองที่ผ่านขั้นตอนการทำให้เป็นสุญญากาศ ที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้
๘. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas หรือ Gamma Ray

เงื่อนไข

๑. มีหนังสือรับรองที่ยังไม่หมดอายุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. มีใบอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๓. ถ้าผลิตในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
๔. ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ต้องมีหนังสือ มอก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ ISO ๑๓๔๘๕ หรือ ISO ที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือระบบงานที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๕. บนซองบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้น แสดงรายละเอียดของ ชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่บริษัท ประเทศผู้ผลิต Lot No ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯ ในแต่ละครั้ง
๖. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ ตามรายละเอียดต่างๆที่กำหนดไว้ทุกข้อจากผู้ผลิตมาแสดง
๗. บริษัทที่ต้องการเข้ามาเสนอราคาต้องส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดสอบการใช้งานจำนวน ๕๐ เส้น
๘. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการใช้งานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๙. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว บริษัทต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯ ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๑๐. เมื่อ/...

Signature

๑๐. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัททั้งหมด

๑๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก

๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบสินค้าจะส่งมอบเป็นงวด ๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวด ๆ

ลงชื่อ ศิริลักษณ์ ภาณุ ประธานกำหนดรายละเอียด
(นางสาวศิริลักษณ์ ภาณุวัฒนะ)

ลงชื่อ อรรณพ ภาณุ กรรมการ
(นางอรรณพ ภาณุ)

ลงชื่อ อรรณพ ภาณุ กรรมการ
(นางสาวอรรณพ ภาณุวงศ์)

รายละเอียด Feeding Tube No ๘ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เส้น
(รายการที่ ๓)

คุณลักษณะ


๑. เป็นสายสำหรับให้อาหารทำจาก PVC ชนิด Medical Grade มีความยาว ๕๐ เซนติเมตร และมีความยืดหยุ่นพอเหมาะ ไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ
๒. ตัวสายมีลักษณะใส เพื่อสามารถสังเกตสีและลักษณะของอาหารได้ชัดเจน
๓. ผิวของสายทั้งภายนอกและภายใน มีลักษณะเรียบสม่ำเสมอตลอดเส้น เพื่อช่วยให้การใส่สายเข้าไปในทางเดินอาหารสะดวก ไม่ระคายต่อเยื่อของหลอดอาหารขณะใส่
๔. ปลายสายมีลักษณะ ดังนี้
 - ๔.๑ มีลักษณะโค้งมน เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และไม่มีรูเปิด
 - ๔.๒ ด้านข้างของสาย มีรูจำนวน ๒ รู อยู่ตรงข้ามกันแต่อยู่คนละระดับโดยทั้ง ๒ รู ต้องอยู่ห่างจากปลายสายไม่เกิน ๑.๕ ซม. และรูทั้ง ๒ ต้องสามารถให้อาหารเหลวผ่านได้ง่าย
๕. สีของข้อต่อ (Connector) ของสายเป็นสีตามเบอร์แบบสากล พร้อมทั้งมีฝาปิดที่ข้อต่อ
๖. มีขีดบอกตำแหน่งความลึกของสายทุก ๑๐ เซนติเมตร โดยเริ่มจากปลายสายตั้งแต่ว่าระดับ ๒๐ ๓๐ และ ๔๐ เซนติเมตร
๗. ผลิตภัณฑ์บรรจุของละ ๑ เส้น ในซองที่ผ่านขั้นตอนการทำให้เป็นสุญญากาศ ที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้
๘. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas หรือ Gamma Ray


เงื่อนไข

๑. มีหนังสือรับรองที่ยังไม่หมดอายุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. มีใบอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๓. ถ้าผลิตในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
๔. ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ต้องมีหนังสือ มอก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ ISO ๑๓๔๘๕ หรือ ISO ที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือระบบงานที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๕. บนซองบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้น แสดงรายละเอียดของ ชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่บริษัท ประเทศ ผู้ผลิต Lot No ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯ ในแต่ละครั้ง
๖. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ ตามรายละเอียดต่างๆที่กำหนดไว้ทุกข้อจากผู้ผลิตมาแสดง
๗. บริษัทที่ต้องการเข้ามาเสนอราคาต้องส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดสอบการใช้งานจำนวน ๕๐ เส้น
๘. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการใช้งานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๙. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว บริษัทต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯ ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๑๐. เมื่อ/...

๑๐. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กแล้ว หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัททั้งหมด
๑๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก
๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบสินค้าจะส่งมอบเป็นงวด ๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวด ๆ

ลงชื่อ  ประธานกำหนดรายละเอียด
(นางสาวศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางอรรพรรณ ขาวโสภา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวณัญญา ดีปานวงศ์)

รายละเอียด Feeding Tube No ๑๐ จำนวน ๔,๐๐๐ เส้น
(รายการที่ ๔)

คุณลักษณะ

๑. เป็นสายสำหรับให้อาหารทำจาก PVC ชนิด Medical Grade มีความยาว ๕๐ เซนติเมตร และมีความยืดหยุ่นพอเหมาะ ไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ
๒. ตัวสายมีลักษณะใส เพื่อสามารถสังเกตสีและลักษณะของอาหารได้ชัดเจน
๓. ผิวของสายทั้งภายนอกและภายใน มีลักษณะเรียบสม่ำเสมอตลอดเส้น เพื่อช่วยให้การใส่สายเข้าไปทางเดินอาหารสะดวก ไม่ระคายต่อเยื่อของหลอดอาหารขณะใส่
๔. ปลายสายมีลักษณะ ดังนี้
 - ๔.๑ มีลักษณะโค้งมน เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และไม่มีรูเปิด
 - ๔.๒ ด้านข้างของสาย มีรูจำนวน ๒ รู อยู่ตรงข้ามกันแต่อยู่คนละระดับโดยทั้ง ๒ รู ต้องอยู่ห่างจากปลายสายไม่เกิน ๑.๕ ซม. และรูทั้ง ๒ ต้องสามารถให้อาหารเหลวผ่านได้ง่าย
๕. สีของข้อต่อ (Connector) ของสายเป็นสีตามเบอร์แบบสากล พร้อมทั้งมีฝาปิดที่ข้อต่อ
๖. มีขีดบอกตำแหน่งความลึกของสายทุก ๑๐ เซนติเมตร โดยเริ่มจากปลายสายตั้งแต่ว่าระดับ ๒๐ ๓๐ และ ๔๐ เซนติเมตร
๗. ผลิตภัณฑ์บรรจุของละ ๑ เส้น ในซองที่ผ่านขั้นตอนการทำให้เป็นสุญญากาศ ที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้
๘. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas หรือ Gamma Ray

เงื่อนไข

๑. มีหนังสือรับรองที่ยังไม่หมดอายุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. มีใบอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๓. ถ้าผลิตในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
๔. ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ต้องมีหนังสือ มอก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ ISO ๑๓๔๘๕ หรือ ISO ที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือระบบงานที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๕. บนซองบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้น แสดงรายละเอียดของ ชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่บริษัท ประเทศ ผู้ผลิต Lot No ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้ง
๖. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ ตามรายละเอียดต่างๆที่กำหนดไว้ทุกข้อจากผู้ผลิตมาแสดง
๗. บริษัทที่ต้องการเข้ามาเสนอราคาต้องส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดสอบการใช้งานจำนวน ๕๐ เส้น
๘. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการใช้งานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๙. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว บริษัทต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๑๐. เมื่อ/...

นางสาว มอระ

๑๐. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัททั้งหมด

๑๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก

๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบสินค้าจะส่งมอบเป็นงวด ๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวด ๆ

ลงชื่อ ศิริลักษณ์ ธารวณิช ประธานกำหนดรายละเอียด
(นางสาวศิริลักษณ์ ธารวณิช)

ลงชื่อ อรพรรณ วิชา กรรมการ
(นางอรพรรณ วิชา)

ลงชื่อ ธัญญา ดีปานวงศ์ กรรมการ
(นางสาวธัญญา ดีปานวงศ์)

รายละเอียดสายสวนทางเดินปัสสาวะชนิดมีบอลลูน No ๖ จำนวน ๑,๐๐๐ เส้น
(รายการที่ ๕)

คุณลักษณะ

๑. เป็นสายสวนทางเดินปัสสาวะผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ (Natural Latex) เคลือบผิวด้านนอกด้วย Silicone เพื่อให้เสียบรูปร่างหรือบิดงอ่าย มีความยาวระหว่าง ๒๕ - ๓๐ ซม.
๒. ปลายสายเป็นรูปปิดโค้งมน ด้านข้างเจาะรู ๒ รู สำหรับให้น้ำปัสสาวะไหลผ่าน ปลายสายอีกด้านหนึ่ง มี ๒ หรือ ๓ ช่อง สำหรับให้น้ำปัสสาวะไหลออก ๑ ช่อง สำหรับ Blow บอลลูน ๑ ช่อง ช่องที่ ๓ สำหรับใส่น้ำยาเข้ากระเพาะปัสสาวะ
๓. บอลลูนไม่รั่วซึม ดูกลับได้ง่าย ระบุปริมาณน้ำที่จะบรรจุในบอลลูน ที่ส่วนปลายของสายสวน
๔. ส่วนปลายของช่องสำหรับใส่น้ำ blow Balloon เป็นสีตามมาตรฐานของแต่ละขนาดของสายสวน
๕. มีลวดหรือก้านพลาสติกใส สอดอยู่ในรูท่อของสายสวน สำหรับช่วยในการสอดสายสวนปัสสาวะ
๖. บรรจุอยู่ในภาชนะ ๒ ชั้น เพื่อรักษาสภาพปราศจากเชื้อได้
๗. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas หรือ Gamma Ray

เงื่อนไข

๑. มีหนังสือรับรองที่ยังไม่หมดอายุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. มีใบอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๓. ถ้าผลิตในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
๔. ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ต้องมีหนังสือ มอก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ ISO ๑๓๔๘๕ หรือ ISO ที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือระบบงานที่รับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๕. บนซองบรรจุภัณฑ์แต่ละชั้น แสดงรายละเอียดของ ชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่บริษัท ประเทศ ผู้ผลิต Lot No ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ จะต้องมียุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้ง
๖. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ ตามรายละเอียดต่างๆที่กำหนดไว้ทุกข้อจากผู้ผลิตมาแสดง
๗. บริษัทที่ต้องการเข้ามาเสนอราคาต้องส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดสอบการใช้งานจำนวน ๒๐ เส้น
๘. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการใช้งานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๙. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว บริษัทต้องรับประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๑๐. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัททั้งหมด
๑๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก
๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบสินค้าจะส่งมอบเป็นงวด ๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวด ๆ

ลงชื่อ *ศิริลักษณ์ มอระ* ประธานกำหนดรายละเอียด
(นางสาวศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ)

ลงชื่อ *อรรณพ มอระ* กรรมการ
(นางอรรณพ ขาวโสภา)

ลงชื่อ *อรรณพ อ* กรรมการ
(นางสาวอรรณพ ตีปานวงศ์)

รายละเอียดสายสวนทางเดินปัสสาวะชนิดมีบอลลูน No ๘ จำนวน ๙๐๐ เส้น
(รายการที่ ๖)

คุณลักษณะ

๑. เป็นสายสวนทางเดินปัสสาวะผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ (Natural Latex) เคลือบผิวด้านนอกด้วย Silicone เพื่อไม่ให้เสีรูปร่างหรือบิดงอ่าย มีความยาวระหว่าง ๒๕ - ๓๐ ซม.
๒. ปลายสายเป็นรูปิดโค้งมน ด้านข้างเจาะรู ๒ รู สำหรับให้น้ำปัสสาวะไหลผ่าน ปลายสายอีกด้านหนึ่ง มี ๒ หรือ ๓ ช่อง สำหรับให้น้ำปัสสาวะไหลออก ๑ ช่อง สำหรับ Blow บอลลูน ๑ ช่อง ช่องที่ ๓ สำหรับใส่น้ำยาเข้ากระเพาะปัสสาวะ
๓. บอลลูนไม่รั่วซึม ดูกกลับได้ง่าย ระบุปริมาณน้ำที่จะบรรจุในบอลลูน ที่ส่วนปลายของสายสวน
๔. ส่วนปลายของช่องสำหรับใส่น้ำ blow Balloon เป็นสีตามมาตรฐานของแต่ละขนาดของสายสวน
๕. มีลวดหรือก้านพลาสติกใส สอดอยู่ในรูท่อของสายสวน สำหรับช่วยในการสอดสายสวนปัสสาวะ
๖. บรรจุอยู่ในภาชนะ ๒ ชั้น เพื่อรักษาสภาพปราศจากเชื้อได้
๗. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas หรือ Gamma Ray

เงื่อนไข

๑. มีหนังสือรับรองที่ยังไม่หมดอายุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. มีใบอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๓. ถ้าผลิตในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
๔. ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ต้องมีหนังสือ มอก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ ISO ๑๓๔๘๕ หรือ ISO ที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือระบบงานที่รับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๕. บนซองบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้น แสดงรายละเอียดของ ชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่บริษัท ประเทศ ผู้ผลิต Lot No ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ จะต้องมียอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้ง
๖. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ ตามรายละเอียดต่างๆที่กำหนดไว้ทุกข้อจากผู้ผลิตมา แสดง
๗. บริษัทที่ต้องการเข้ามาเสนอราคาต้องส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดสอบการใช้งานจำนวน ๒๐ เส้น
๘. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการใช้งานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๙. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว บริษัทต้องรับประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๑๐. เมื่อ/...

วิมล มอ...

๑๐. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กแล้ว หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัททั้งหมด
๑๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก
๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบสินค้าจะส่งมอบเป็นงวด ๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวด ๆ

ลงชื่อ ประธานกำหนดรายละเอียด
(นางสาวศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางอรรพรรณ ขาวโสภา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวธัญญา ตีปานวงศ์)

รายละเอียดสายสวนทางเดินปัสสาวะชนิดมีบอลลูน No ๑๐ จำนวน ๙๐๐ เส้น
(รายการที่ ๗)

คุณลักษณะ

๑. เป็นสายสวนทางเดินปัสสาวะผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ (Natural Latex) เคลือบผิวด้านนอกด้วย Silicone เพื่อให้เสียบรูปร่างหรือบิดงอ่าย มีความยาวระหว่าง ๒๕ - ๓๐ ซม.
๒. ปลายสายเป็นรูปิดโค้งมน ด้านข้างเจาะรู ๒ รู สำหรับให้น้ำปัสสาวะไหลผ่าน ปลายสายอีกด้านหนึ่ง มี ๒ หรือ ๓ ช่อง สำหรับให้น้ำปัสสาวะไหลออก ๑ ช่อง สำหรับ Blow บอลลูน ๑ ช่อง ช่องที่ ๓ สำหรับใส่น้ำยาเข้ากระเพาะปัสสาวะ
๓. บอลลูนไม่รั่วซึม ดูกกลับได้ง่าย ระบุปริมาณน้ำที่จะบรรจุในบอลลูน ที่ส่วนปลายของสายสวน
๔. ส่วนปลายของช่องสำหรับใส่น้ำ blow Balloon เป็นสีตามมาตรฐานของแต่ละขนาดของสายสวน
๕. มีลวดหรือก้านพลาสติกใส สอดอยู่ในรูท่อของสายสวน สำหรับช่วยในการสอดสายสวนปัสสาวะ
๖. บรรจุอยู่ในภาชนะ ๒ ชั้น เพื่อรักษาสภาพปราศจากเชื้อได้
๗. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas หรือ Gamma Ray

เงื่อนไข

๑. มีหนังสือรับรองที่ยังไม่หมดอายุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. มีใบอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๓. ถ้าผลิตในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
๔. ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ต้องมีหนังสือ มอก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ ISO ๑๓๔๘๕ หรือ ISO ที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือระบบงานที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๕. บนของบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้น แสดงรายละเอียดของ ชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่บริษัท ประเทศ ผู้ผลิต Lot No ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ จะต้องมียอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้ง
๖. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ ตามรายละเอียดต่างๆที่กำหนดไว้ทุกข้อจากผู้ผลิตมาแสดง
๗. บริษัทที่ต้องการเข้ามาเสนอราคาต้องส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดสอบการใช้งานจำนวน ๒๐ เส้น
๘. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการใช้งานจากสถาบันสุขภาพเด็กฯแห่งชาติมาหาฯนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๙. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว บริษัทต้องรับประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๑๐. เมื่อ/...



๑๐. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กแล้ว หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัททั้งหมด

๑๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก

๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบสินค้าจะส่งมอบเป็นงวด ๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวด ๆ

ลงชื่อ ประธานกำหนดรายละเอียด
(นางสาวศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางอรรรณ ขาวโสภา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวธัญญา ดีปานวงศ์)

รายละเอียดสายสวนทางเดินปัสสาวะชนิดมีบอลูน No ๑๒ จำนวน ๖๐๐ เส้น
(รายการที่ ๘)

คุณลักษณะ

๑. เป็นสายสวนทางเดินปัสสาวะผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ (Natural Latex) เคลือบผิวด้านนอกด้วย Silicone เพื่อไม่ให้เสีรูปร่างหรือบิดงอ่าย มีความยาวระหว่าง ๔๐ - ๔๒ ซม.
๒. ปลายสายเป็นรูปโดโค้งมน ด้านข้างเจาะรู ๒ รู สำหรับให้น้ำปัสสาวะไหลผ่าน ปลายสายอีกด้านหนึ่ง มี ๒ หรือ ๓ ช่อง สำหรับให้น้ำปัสสาวะไหลออก ๑ ช่อง สำหรับ Blow บอลูน ๑ ช่อง ช่องที่ ๓ สำหรับใส่น้ำยาเข้ากระเพาะปัสสาวะ
๓. บอลูนไม่รั่วซึม ดูกกลับได้ง่าย ระบุปริมาณน้ำที่จะบรรจุในบอลูน ที่ส่วนปลายของสายสวน
๔. ส่วนปลายของช่องสำหรับใส่น้ำ blow Balloon เป็นสีตามมาตรฐานของแต่ละขนาดของสายสวน
๕. บรรจุอยู่ในภาชนะ ๒ ชั้น เพื่อรักษาสภาพปราศจากเชื้อได้
๖. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas หรือ Gamma Ray

เงื่อนไข

๑. มีหนังสือรับรองที่ยังไม่หมดอายุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. มีใบอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๓. ถ้าผลิตในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
๔. ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ต้องมีหนังสือ มอก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ ISO ๑๓๔๘๕ หรือ ISO ที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือระบบงานที่รับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๕. บนซองบรรจุภัณฑ์แต่ละชั้น แสดงรายละเอียดของ ชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่บริษัท ประเทศ ผู้ผลิต Lot No ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ จะต้องมียุทธการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้ง
๖. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ ตามรายละเอียดต่างๆที่กำหนดไว้ทุกข้อจากผู้ผลิตมาแสดง
๗. บริษัทที่ต้องการเข้ามาเสนอราคาต้องส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดสอบการใช้งานจำนวน ๒๐ เส้น
๘. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการใช้งานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๙. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว บริษัทต้องรับประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๑๐. เมื่อ/...



๑๐. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯ แล้ว หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัททั้งหมด

๑๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก

๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบสินค้าจะส่งมอบเป็นงวด ๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวด ๆ

ลงชื่อ ประธานกำหนดรายละเอียด
(นางสาวศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางอรรณพ ขาวโสภา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวธัญญา ดีปานวงศ์)