



ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของ
งานซื้อในการประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๕,๓๖๐.๐๐
บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

วัสดุการแพทย์	จำนวน	๗	รายการ
---------------	-------	---	--------

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน
ที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.childrenhospital.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๔๑๕ ต่อ ๖๐๙๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางพนิดา ศรีสันต์)

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
ตามประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สถาบันฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

วัสดุการแพทย์	จำนวน	๗	รายการ
---------------	-------	---	--------

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบันฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชินติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ วัสดุการแพทย์

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ งานศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๓๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สถาบันฯ ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สถาบันฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทั้ง

งาน เว้นแต่ สถาบันฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สถาบันฯ

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบันฯ จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สถาบันฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันฯ

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอมั่นใจข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สถาบันฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สถาบันฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ สถาบันฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอมจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอมเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอมที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอมกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอมนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอมสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ สถาบันฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอมรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอมดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันฯ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบันฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอมที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอมรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอมรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอมซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอมรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอมซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอมรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอมที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอมซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอมซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอมซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอมที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อสถาบันฯจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือสถาบันฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสถาบันฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบันฯยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสถาบันฯ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบันฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสถาบันฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า นับถัดจากวันที่ สถาบันฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุงปี ๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสถาบันฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงปี ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสถาบันฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไปปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันฯจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สถาบันฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบันฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สถาบันฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันฯไม่ได้

(๑) สถาบันฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สถาบันฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสถาบันฯ ไว้ชั่วคราว

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

พฤษภาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดปอดเทียมและอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับเด็ก น้ำหนักน้อยกว่า ๖ กิโลกรัม จำนวน ๓๐ ชุด (รายการที่ ๑)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ทำด้วยพลาสติกแข็งใส ลักษณะของเส้นใย (Membrane) เป็น Polypropylene hollow fiber ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๒ ส่วน ดังนี้

๑.๑ Membrane Oxygenator ทำหน้าที่แลกเปลี่ยน Gas

๑.๒ Hard shell venous reservoir ทำหน้าที่กรองและเก็บเลือดจากระบบไหลเวียน

๒. ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดบรรจุในถุงผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้งานได้ทันที

๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองของ FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือได้รับเครื่องหมาย CE

คุณลักษณะของ Membrane Oxygenator

๑. โครงสร้างภายนอกทำจากสาร Polycarbonate เส้นใยที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยน Gas ทำจากสาร Polypropylene โดยมีพื้นที่แลกเปลี่ยน Gas ๐.๕ ตารางเมตร

๒. มีการ Integrated arterial filter polyester screen type pore size ๓๒ ไมครอน โดย self-venting technology ซึ่งสามารถขับฟองอากาศออกจาก gas outlet โดยอาศัยความต่างของแรงดันระหว่าง blood side และ gas side

๓. เคลือบพื้นผิวด้วยสาร Bio-compatibility

๔. Heat -exchanger เป็น Laminated steel หรือ Stainless steel tube มีพื้นที่ผิว ๐.๐๒- ๐.๐๔ ตารางเมตร

๕. Blood flow rate มีค่าสูงสุด ๑๕๐๐ มิลลิลิตร/นาที

๖. Priming volume = ๓๕ - ๖๐ มิลลิลิตร

๗. มีทางเข้าเลือดดำ ๑ ทาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว

๘. มีทางออกของเลือดแดง ๑ ทาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว

๙. ทางเข้าและออกของ Gas มี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว

๑๐. Heat exchanger มีทางนำน้ำเข้าและออกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว

คุณลักษณะของ Hard shell venous reservoir

๑. โครงสร้างภายนอกทำจากสาร Polycarbonate ปริมาตรความจุขนาด ๕๐๐ - ๑๐๐๐ มิลลิลิตร

๒. Venous filter ทำจากสาร Polyester screen type มี Pore size = ๒๐ - ๕๐ ไมครอน

๓. Cardiomy filter ทำจากสาร Polyester dept type

๔. มีทางเข้าออกเลือดดำ ๑ ทาง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว

๕. มี Suction ports ไม่ต่ำกว่า ๕ ช่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว

๖. Prime port ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว จำนวน ๑ ช่อง

๗. มี Luer port อย่างน้อย ๕ ช่อง

๘. มี Minimum operating volume ไม่มากกว่า ๑๕ ml

คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง Hemoconcentrater จำนวน ๓๐ ชุด

๑. เป็น Hemoconcentrater สำหรับใช้แยกน้ำออกจากเลือดในระหว่างการผ่าตัด

๒. Fiber material ผลิตจากสาร Polysulfone หรือ Polyethersulfone

๓. มีพื้นผิว Membrane ประมาณ ๐.๓ - ๐.๕ ตารางเมตร เมื่อแผ่นในแนวระนาบ

๔. Priming volume = ๒๐ - ๔๐ มิลลิลิตร ช่องต่อเลือดเข้า - ออก มีขนาด ๑/๔ นิ้ว แบบ Slip port

๕. มี Filtrate...

x 

๕. มี Filtrate port ขนาด ๑/๒ นิ้ว (พร้อม Adapter ๑/๔ นิ้ว)
๖. อัตราการไหลของเลือดตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิลิตร ถึง ๕๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที
๗. ทนต่อความแตกต่างของความดันระหว่าง Membrane (Trans membrane pressure resistance) ได้สูงสุด = ๕๐๐ มิลลิเมตรปรอท
๘. ทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene oxide gas หรือ Gamma ray

คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง Bubble trap จำนวน ๓๐ ชุด


๑. โครงสร้างภายนอกทำจาก Polycarbonate
๒. วัสดุไส้กรองทำจาก Polyester
๓. ไส้กรอง มีขนาด Pore size = ๑๗๐ ไมครอน
๔. ทางเข้า-ออกของเลือด มีขนาด = ๑/๔ นิ้ว
๕. Priming volume = ๔๐-๕๐ มิลลิลิตร
๖. อัตราการไหลสูงสุดของเลือด ไม่ต่ำกว่า ๑.๖ ลิตร/นาที
๗. ทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene oxide gas หรือ Gamma ray

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก
๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสนธิ์ สีสานนท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุวิทย์ จักสาน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวชนิกานต์ สุทธิปัญญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดปอดเทียมและอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับเด็ก น้ำหนักระหว่าง ๖-๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐ ชุด (รายการที่ ๒)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ทำด้วยพลาสติกแข็งใส ลักษณะของเส้นใย (Membrane) เป็น Polypropylene hollow fiber ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๒ ส่วน ดังนี้

๑.๑ Membrane Oxygenator ทำหน้าที่แลกเปลี่ยน Gas

๑.๒ Hard shell venous reservoir ทำหน้าที่กรองและเก็บเลือดจากระบบไหลเวียน

๒. ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดบรรจุในถุงผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้งานได้ทันที

๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองของ FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือได้รับเครื่องหมาย CE

คุณลักษณะของ Membrane Oxygenator

๑. โครงสร้างภายนอกทำจากสาร Polycarbonate เส้นใยที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยน Gas ทำจากสาร Polypropylene โดยมีพื้นที่แลกเปลี่ยน Gas ๑.๕ ตารางเมตร

๒. มีการ Integrated arterial filter polyester screen type pore size ๓๒ ไมครอน โดย self-venting technology ซึ่งสามารถขับฟองอากาศออกจาก gas outlet โดยอาศัยความต่างของแรงดันระหว่าง blood side และ gas side

๓. เคลือบพื้นผิวด้วยสาร Bio-compatibility

๔. Heat - exchanger เป็น Stainless steel tube มีพื้นที่ผิว ๐.๑ - ๐.๑๕ ตารางเมตร

๕. Blood flow rate มีค่าไม่น้อยกว่า ๔.๐ ลิตร/นาที

๖. Priming volume = ๑๐๐ - ๑๕๐ มิลลิลิตร

๗. มีทางเข้าเลือดดำ ๑ ทาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗/๘ นิ้ว พร้อม Adaptor ขนาด ๑/๔ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๘. มีทางออกของเลือดแดง ๑ ทาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗/๘ นิ้ว พร้อม Adaptor ขนาด ๑/๔ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๙. ทางเข้าและออกของ Gas มี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว

๑๐. Heat exchanger มีทางนำน้ำเข้าและออกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว

คุณลักษณะของ Hard shell venous reservoir

๑. โครงสร้างภายนอกทำจากสาร Polycarbonate ปริมาตรความจุ ขนาด ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ มิลลิลิตร

๒. Venous filter ทำจากสาร Polyester screen type มี Pore size = ๔๐ - ๕๐ ไมครอน

๓. Cardiotomy filter ทำจากสาร Polyester dept type

๔. มีทางเข้าออกเลือดดำ ๑ ทาง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗/๘ นิ้ว พร้อม Adaptor ขนาด ๑/๔ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๕. มี Suction ports ไม่ต่ำกว่า ๕ ช่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว

๖. Prime port ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว จำนวน ๑ ช่อง

๗. มี Luer port อย่างน้อย ๕ ช่อง

๘. มี Minimum operating volume ไม่มากกว่า ๗๐ ml

คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง Hemoconcentrater จำนวน ๓๐ ชุด

๑. เป็น Hemoconcentrater สำหรับใช้แยกน้ำออกจากเลือดในระหว่างการผ่าตัด

๒. Fiber material ผลิตจากสาร Polysulfone หรือ Polyethersulfone

๓. มีพื้นผิว Membrane ประมาณ ๑ - ๑.๕ ตารางเมตร เมื่อแผ่ในแนวระนาบ

๔. Priming volume = ๖๐-๗๕ มิลลิลิตร ช่องต่อเลือดเข้า - ออก มีขนาด ๑/๔ นิ้ว แบบ Slip port

๕. มี Filtrate...

๕. มี Filtrate port ขนาด ๑/๒ นิ้ว (พร้อม Adapter ๑/๔ นิ้ว)
๖. อัตราการไหลของเลือดตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิลิตร ถึง ๕๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที
๗. ทนต่อความแตกต่างของความดันระหว่าง Membrane (Trans membrane pressure resistance) ได้
สูงสุด = ๕๐๐ มิลลิเมตรปรอท
๘. ทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene oxide gas หรือ Gamma ray

คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง Bubble trap จำนวน ๓๐ ชุด


๑. โครงสร้างภายนอกทำจาก Polycarbonate
๒. วัสดุไส้กรองทำจาก Polyester
๓. ไส้กรอง มีขนาด Pore size = ๑๗๐ ไมครอน
๔. ทางเข้า-ออกของเลือด มีขนาด = ๓/๘ นิ้ว
๕. Priming volume = ๑๒๐-๑๕๐ มิลลิลิตร
๖. อัตราการไหลสูงสุดของเลือด ไม่ต่ำกว่า ๕ ลิตร/นาที
๗. ทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene oxide gas หรือ Gamma ray

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก
๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้
ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบจะส่งมอบเป็น
งวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ
หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสนธิ์ สิลหานนท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุวิทย์ จักสาน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวชนิกานต์ สุทธิปัญญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดปอดเทียมและอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับเด็ก น้ำหนักมากกว่า ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๐ ชุด (รายการที่ ๓)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ทำด้วยพลาสติกแข็งใส ลักษณะของเส้นใย (Membrane) เป็น Polypropylene hollow fiber ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๒ ส่วน ดังนี้

- ๑.๑ Membrane Oxygenator ทำหน้าที่แลกเปลี่ยน Gas
- ๑.๒ Hard shell venous reservoir ทำหน้าที่กรองและเก็บเลือดจากระบบไหลเวียน
๒. ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดบรรจุในถุงผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้งานได้ทันที
๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองของ FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือได้รับเครื่องหมาย CE

คุณลักษณะของ Membrane Oxygenator

๑. โครงสร้างภายนอกทำจากสาร Polycarbonate เส้นใยที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยน Gas ทำจากสาร Polypropylene โดยมีพื้นที่แลกเปลี่ยน Gas ระหว่าง ๑.๕ - ๒.๕ ตารางเมตร

๒. ๒. มีการ Integrated arterial filter polyester screen type pore size ๓๒ ไมครอน โดย self-venting technology ซึ่งสามารถขับฟองอากาศออกจาก gas outlet โดยอาศัยความต่างของแรงดันระหว่าง blood side และ gas side

๓. เคลือบพื้นผิวด้วยสาร Bio-compatibility

๔. Heat - exchanger เป็น Stainless steel tube มีพื้นที่ผิว ๐.๒ - ๐.๒๕ ตารางเมตร

๕. Blood flow rate มีค่าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗ ลิตร/นาที

๖. Priming volume = ๒๐๐ - ๓๐๐ มิลลิลิตร

๗. มีทางเข้าเลือดดำ ๑ ทาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว

๘. มีทางออกของเลือดแดง ๑ ทาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว

๙. ทางเข้าและออกของ Gas มี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว

๑๐. Heat exchanger มีทางนำน้ำเข้าและออกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว

คุณลักษณะของ Hard shell venous reservoir

๑. โครงสร้างภายนอกทำจากสาร Polycarbonate ปริมาตรความจุ ขนาด ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ มิลลิลิตร

๒. Venous filter ทำมาจากสาร polyester หรือ polyurethane มีขนาด pore size ๔๐-๕๐ ไมครอน

๓. Cardiotomy filter ทำจากสาร Polyester dept type

๔. มีทางเข้าออกและทางออกเลือดดำ ชนิดละ ๑ ทาง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว

๕. มี Suction ports ไม่น้อยกว่า ๕ ช่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว

๖. Prime port ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว จำนวน ๑ ช่อง

๗. มี Minimum operating volume ไม่มากกว่า ๑๕๐ ml

คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง Hemoconcentrater จำนวน ๒๐ ชุด

๑. เป็น Hemoconcentrater สำหรับใช้แยกน้ำออกจากเลือดในระหว่างการผ่าตัด

๒. Fiber material ผลิตจากสาร Polysulfone หรือ Polyethersulfone

๓. มีพื้นผิว Membrane ประมาณ ๑ - ๑.๕ ตารางเมตร เมื่อแผ่นในแนวระนาบ

๔. Priming volume = ๖๐-๗๕ มิลลิลิตร ช่องต่อเลือดเข้า - ออก มีขนาด ๑/๔ นิ้ว แบบ Slip port

๕. มี Filtrate...

X MV

๕. มี Filtrate port ขนาด ๑/๒ นิ้ว (พร้อม Adapter ๑/๔ นิ้ว)
๖. อัตราการไหลของเลือดตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิลิตร ถึง ๕๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที
๗. ทนต่อความแตกต่างของความดันระหว่าง Membrane (Trans membrane pressure resistance) ได้
สูงสุด = ๕๐๐ มิลลิเมตรปรอท
๘. ทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene oxide gas หรือ Gamma ray

คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง Bubble trap จำนวน ๒๐ ชุด

๑. โครงสร้างภายนอกทำจาก Polycarbonate
๒. วัสดุไส้กรองทำจาก Polyester
๓. ไส้กรอง มีขนาด Pore size = ๑๗๐ ไมครอน
๔. ทางเข้า-ออกของเลือด มีขนาด = ๓/๘ นิ้ว
๕. Priming volume = ๑๒๐-๑๕๐ มิลลิลิตร
๖. อัตราการไหลสูงสุดของเลือด ไม่ต่ำกว่า ๕ ลิตร/นาที
๗. ทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene oxide gas หรือ Gamma ray

เงื่อนไข

๑. ต้องจัดหา Oxygenator's holder ตามขนาดของ Oxygenator อย่างละ ๑ ชุด ซึ่งสามารถประกอบกับแกนเสาของ Heart - lung machine ได้
๒. ต้องจัดหา Level alarm ๑ ชุด ขนาดกะทัดรัด สามารถประกอบกับแกนเสาของ Heart - lung machine ได้
๓. ต้องจัดหา Hemoconcentrater's holder อย่างน้อย ๑ ชุด ซึ่งสามารถประกอบกับแกนเสาของ Heart - Lung machine ได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก
๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายสนธิ์ ลีลห่านนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุวิทย์ จักสาน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวชนิกานต์ สุทธิปัญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดสายยางสำหรับเด็ก น้ำหนักน้อยกว่า ๖ กิโลกรัม จำนวน ๓๐ ชุด (รายการที่ ๔)

วัตถุประสงค์

เป็นสายยาง ใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจ ปอดเทียม ขณะผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด มีความปลอดภัย ต่อผู้ป่วยเมื่อใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. สามารถทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ องศาเซลเซียส และทนความเย็นได้ไม่ต่ำกว่า -๑๐ องศาเซลเซียส

๒. เป็นสายยางชนิด โปร่งใส (Transparency)

มีความยืดหยุ่น (Resilience)

มีความแข็งแรง (Hardness)

เหนียว ทนทาน ไม่เปราะ (Resist cracking and rupture)

๓. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซ Ethylene oxide บรรจุในภาชนะที่ปราศจากเชื้อสามารถเปิดใช้งานได้ทันที

คุณลักษณะเฉพาะชุดสายยางบนโต๊ะผ่าตัด

๑. สายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว สายยางนี้ประกอบด้วยที่หนีบสำหรับ ปิด-เปิด (clamp) ปลายสายยางด้านหนึ่งต่อกับ spike แหลมคมสำหรับแทงถุงน้ำเกลือ ปลายอีกด้านหนึ่งมี ฝาปิดสีขาว สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น

๒. สายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๓/๑๖ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๙๐ นิ้ว เชื่อมต่อกับ สายยาง พีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔x๑/๑๖ ยาว ๓ นิ้ว และ ๓/๘x๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๓ นิ้ว ปลายสายยางทั้งสองด้านมีฝาครอบปิดสีเดียวกัน โดยแต่ละเส้น มีแถบสีทั้ง ๒ ปลายเป็นสัญลักษณ์ซึ่งตรงกับสีฝาครอบปิด (ติดแถบสีให้ห่างจากส่วนปลายของสายยางพีวีซีไซส์ ขนาด ๓/๑๖x๑/๑๖ นิ้ว เป็นระยะ ๕ นิ้ว) สายยางชนิดนี้มีจำนวน ๔ เส้น โดยฝาครอบปิดมีสีน้ำเงิน สีเหลือง สีขาว และสีแดง

๓. สายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๙๐ นิ้ว ปลายสายยางด้านหนึ่งของสายยางมีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน และติดแถบสีน้ำเงิน ปลายสายยางอีกด้านหนึ่งมีฝาครอบปิดสีแดง และติดแถบสีแดง สายยางชนิดนี้ มีจำนวน ๑ เส้น (arterial ,venous line)

๔. สายยางพีวีซีขนาด ๑/๘ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๑๒๐ นิ้ว ปลายสายทั้ง ๒ ด้าน เป็น Male luer lock สายยางชนิดนี้ มีจำนวน ๑ เส้น (MUF line)

คุณลักษณะเฉพาะชุดสายยางใช้กับเครื่องหัวใจ - ปอดเทียม

๑. สายยาง พีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔x๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๖๐ นิ้ว จำนวน ๔ เส้น ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรงขนาด ๑/๔ x ๓/๑๖ นิ้ว พร้อม luer lock ปลายสายยางทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด เป็นสีเดียวกัน โดยแต่ละเส้นมีแถบสีเป็นสัญลักษณ์ตรงกับสีฝาครอบปิด โดยมีฝาครอบปิด สีน้ำเงิน สีเหลือง สีขาว และสีแดง (ผูกมัดสายยางทุกข้อต่อ) (suction line)

๒. สายยาง พีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ปลายสายยางข้างหนึ่งมีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน ปลายอีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๑ ขนาด ๑/๔x ๑/๔ x ๑/๔ นิ้ว ชนิดมี luer lock ซึ่งต่อกับ ๓ way stopcock ปลายข้างหนึ่งมีฝาครอบปิดสีแดง ปลายอีกข้างหนึ่งของข้อต่อ เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว พร้อมที่หนีบสำหรับปิดและเปิด สายยาง(clamp) สายยาง ๕ นิ้วนี้ ต่อกับ ข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ ขนาด ๑/๔x๑/๔x๑/๔ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ นี้ ต่อ กับ สายยาง พีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ปลายสายยางมีฝาครอบปิดสีแดง ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งของข้อ ต่อ Y ตัวที่ ๒ เชื่อมต่อกับ สายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ปลายสายยางต่อกับ ข้อ ต่อตัว Y ตัวที่ ๓ ขนาด ๑/๔ x ๑/๔ x ๑/๔ นิ้ว ปลายข้อต่อด้านหนึ่งของตัว Y ตัวที่ ๓ มีฝาครอบปิดสีแดง ปลายอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับ

สายยาง...

สายยาง พีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว พร้อมที่หนีบสำหรับปิดและเปิดสายยาง (clamp) ปลายอีกข้าง หนึ่งของสายยาง ๕ นิ้ว นี้ต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๔ ขนาด ๑/๔ x ๑/๔ x ๑/๔ นิ้ว ปลายอีกด้านหนึ่งของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๔ นี้มีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน ปลายอีกข้างหนึ่งของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๔ ต่อกับสายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๑๐ นิ้ว ปลายสายยาง ๑๐ นิ้ว เชื่อมต่อกับสายยาง ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ปลายสายยาง ๕ นิ้ว เชื่อมต่อกับสายยางขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๑๐ นิ้ว ปลายสายยาง ๑๐ นิ้ว มีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (ผู้กรัดสายยางทุกข้อต่อ) (inlet venous reservoir, arterial filter)

๓. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งมีฝาครอบปิดสีเหลือง ปลายอีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ขนาด ๑/๔ x ๑/๔ x ๑/๔ นิ้ว ส่วนปลายของข้อต่อด้านหนึ่ง เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๗๐ นิ้ว ส่วนปลาย สายยางมีฝาครอบปิดสีเหลือง ปลายอีกด้านของ Y มีฝาครอบปิดสีเหลือง สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (ผู้กรัดสายยางทุกข้อต่อ) (outlet of venous reservoir)

๔. สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๓๕ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับตัวกรองแก๊ส ปลายด้านหนึ่งของตัวกรองแก๊สต่อกับสายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ปลายสายยางทั้งสองด้านมีฝาครอบปิดสีเขียว สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (gas line)

๕. สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว พร้อมที่หนีบสำหรับปิด และเปิดสายยาง (clamp) ปลายด้านหนึ่งมีฝาครอบปิดสีเหลือง ปลายอีกด้านหนึ่งต่อกับข้อต่อ ขนาด ๑/๔ x ๑/๔ นิ้ว พร้อม luer lock ซึ่งต่อกับ ๓ way stopcock ปลายอีกด้านหนึ่งของข้อต่อ เชื่อมกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๑๐ นิ้ว ปลายด้านหนึ่งของสายยาง มีฝาครอบปิดสีเหลือง สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (ผู้กรัดสายยางทุกจุด) (outlet of hemoconcentrator) สายยางซิลิโคนขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๗๕ นิ้ว ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิดสีเหลือง สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (ผู้กรัดสายยางทุกจุด) (outlet of hemoconcentrator)

๖. สายยางซิลิโคนขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๗๕ นิ้ว ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิดสี เหลือง จำนวน ๑ เส้น (head pump line)

๗. สายยาง พีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว ปลายสายยางข้างหนึ่งมีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน ปลายอีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๑ ขนาด ๑/๔ x ๑/๔ x ๑/๔ นิ้ว ปลายอีกข้างหนึ่งของข้อต่อมีฝาครอบปิดสีเหลือง ปลายอีกด้านหนึ่งของข้อต่อนี้เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว พร้อมที่หนีบสำหรับปิดและเปิดสายยาง(clamp) สายยาง ๗ นิ้วนี้ ต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ ขนาด ๑/๔ x ๑/๔ x ๑/๔ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ ต่อกับสายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว ปลายสายยางมีฝาครอบปิด สีแดง ปลายอีกด้านหนึ่งของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ ต่อกับสายยางพีวีซีใส ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว ปลายด้านหนึ่งของสายยางมีฝาครอบปิดสีแดง สายยางชนิดนี้มี ๑ เส้น (ผู้กรัดสายยางกับข้อต่อทุกข้อ) (PRONTO line)

๘. สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๕ นิ้ว พร้อมที่หนีบสำหรับปิดและเปิดสายยาง (clamp) ปลายทั้งสองข้างมี ฝาครอบปิดสีเหลือง จำนวน ๑ เส้น (filtrate water line)

๙. สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว ปลายด้านหนึ่งมีฝาครอบปิดสีเหลือง ปลายอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ขนาด ๑/๔ x ๑/๔ x ๑/๔ นิ้ว ส่วนปลายทั้งสอง ด้าน ของข้อต่อ เชื่อมต่อ กับสายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว สายยางทั้งสองนี้ประกอไปด้วยที่หนีบสำหรับปิด-เปิด(clamp) ส่วนปลายสายยางพีวีซีนี้นี้ต่อกับตัวกรองและ spikeแหลมคมสำหรับแทงถุงน้ำเกลือ สายยางชนิดนี้มีจำนวน ๑ เส้น (quick prime line)

๑๐. สายสำหรับวัดความดัน (Pressure line tubing) ยาว ๓๖-๔๐ นิ้ว ปลายทั้ง ๒ ข้าง เป็น Male locker ปลายด้านหนึ่ง ต่อกับ ๓-way stopcock ปลายด้านหนึ่งของ ๓-way stopcock เชื่อมต่อกับ Filter ซึ่งต่อกับสายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๘x๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๓ นิ้ว ส่วนปลายมีฝาครอบปิดสีขาว สายยางชนิดนี้มีจำนวน ๑ เส้น

๑๑. Pressure tubing ยาว ๑๕ นิ้ว ปลายทั้ง ๒ ข้าง เป็น Male locker ปลายด้านหนึ่งของ Male lock ต่อกับ ๓ way stopcock ส่วนกลางสายประกอบด้วย one way valve สายยางชนิดนี้มีจำนวน ๑ เส้น และเพิ่ม ๓ way stopcock อีก ๑ ตัว รวมเป็น ๓ way stopcock ทั้งหมด ๒ ตัว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก

๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายสนธิ์ ลีลหันท)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุวิทย์ จักสาน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวชนิกานต์ สุทธิปัญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดสายยางสำหรับเด็ก น้ำหนักระหว่าง ๖-๑๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๐ ชุด (รายการที่ ๕)

วัตถุประสงค์

เป็นสายยาง ใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจ ปอดเทียม ขณะผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด มีความปลอดภัย ต่อผู้ป่วยเมื่อใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. สามารถทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ องศาเซลเซียส และทนความเย็นได้ไม่ต่ำกว่า -๑๐ องศาเซลเซียส
๒. เป็นสายยางชนิด โปร่งใส (Transparency)
มีความยืดหยุ่น (Resilience)
มีความแข็งแรง (Hardness)
เหนียว ทนทาน ไม่เปราะ (Resist cracking and rupture)
๓. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซ Ethylene oxide บรรจุในภาชนะที่ปราศจากเชื้อสามารถเปิดใช้งานได้ทันที

คุณลักษณะเฉพาะชุดสายยางบนโต๊ะผ่าตัด

๑. สายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว สายยางนี้ประกอบด้วยที่หนีบสำหรับ ปิด-เปิดสายยาง (clamp) ปลายสายยางด้านหนึ่งต่อกับ spike แหลมคมสำหรับแทงถุงน้ำเกลือ ปลายอีกด้านหนึ่งมีฝาปิดสีขาว สายยางชนิดนี้มีจำนวน ๑ เส้น
๒. สายยางพีวีซีไซส์ ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๙๐ นิ้ว เชื่อมต่อกับ สายยางพีวีซีไซส์ ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๓ นิ้ว ปลายสายยางทั้งสองด้านมีฝาครอบปิดสีเดียวกัน โดยแต่ละ เส้นมีแถบสี ทั้ง ๒ ปลายเป็นสัญลักษณ์ซึ่งตรงกับสีฝาครอบปิด (ติดแถบสีให้ห่างจากส่วนปลายของ สายยางพีวีซี ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว เป็นระยะ ๕ นิ้ว) สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๔ เส้น โดยฝาครอบปิดมีสีน้ำเงิน สีเหลือง สีขาว และสีแดง
๓. สายยางพีวีซีไซส์ ขนาด ๑/๘ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๑๒๐ นิ้ว ปลายสายทั้ง ๒ ด้านเป็น Male luer lock สายยางชนิดนี้ มีจำนวน ๑ เส้น (MUF line)
๔. สายยางพีวีซีไซส์ ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๔๕ นิ้ว ปลายสายยางด้านหนึ่งต่อกับข้อต่อขนาด ๓/๘ x ๑/๔ นิ้ว ปลายอีกด้านหนึ่งของสายยางมีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน และติดแถบสีน้ำเงิน ปลายข้อต่ออีกด้านหนึ่งต่อกับสายยางพีวีซี ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๔๕ นิ้ว ปลายสายยางอีกด้านหนึ่งมีฝาครอบปิดสีแดงและติดแถบสีแดง สายยางชนิดนี้ มีจำนวน ๑ เส้น ผูกมัด สายยางทุกจุด (arterial - venous line)

คุณลักษณะเฉพาะชุดสายยางใช้กับเครื่องหัวใจ - ปอดเทียม

๑. สายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๖๐ นิ้ว จำนวน ๔ เส้น ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรงขนาด ๑/๔ x ๑/๔ นิ้ว พร้อม luer lock ปลายสายยางทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด เป็นสีเดียวกัน โดยแต่ละเส้นมีแถบสีเป็นสัญลักษณ์ ตรงกับสีฝาครอบปิด โดยมีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน สีเหลือง สีขาว และสีแดง ผูกมัดสายยางทุกจุด (suction line)
๒. สายยาง พีวีซีไซส์ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ปลายสายยางข้างหนึ่งมีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน ปลายอีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๑ ขนาด ๑/๔ x ๑/๔ x ๓/๘ นิ้ว พร้อม Luer lock และต่อกับ ๓ way stopcock ปลายข้างหนึ่งของข้อต่อมีฝาครอบปิดสีแดง ปลายอีกข้างหนึ่งของข้อต่อ ๑/๔ เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว พร้อมที่หนีบสำหรับปิด และเปิดสายยาง (clamp) สายยาง ๕ นิ้วนี้ ต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ ขนาด ๑/๔ x ๑/๔ x ๓/๘ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งของข้อต่อตัว Y ๓/๘ ตัวที่ ๒ นี้ ต่อกับสายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ปลายสายยางมีฝาครอบปิดสีแดง ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งของข้อต่อ Y ตัวที่ ๒ เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ซึ่งต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๓ ขนาด ๑/๔ x ๑/๔ x ๑/๔ นิ้ว ปลายข้อต่อด้านหนึ่งของตัว Y ตัวที่ ๓ มีฝาครอบปิดสีแดง ปลายอีกด้านหนึ่ง

เชื่อมต่อ...

x ๓๕

เชื่อมต่อกับ สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔x๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว พร้อมที่หนีบสำหรับปิด และ เปิดสายยาง (clamp) สายยาง ๖ นิ้วนี้ต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๔ ขนาด ๑/๔x๓/๘x๓/๘ นิ้ว โดยส่วนปลายข้างหนึ่งของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๔ ต่อกับสายยาง พีวีซีใส ขนาด ๓/๘x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว ส่วนปลายสายยางมีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน และปลายอีกด้าน ของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๔ นี้มีฝาครอบปิด สีน้ำเงิน สายยางชนิดนี้มีจำนวน ๑ เส้น (ผู้กรัดสายยางทุกจุด) (inlet of venous reservoir, arterial filter)

๓. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งมีฝาครอบปิดสีเหลือง ปลาย อีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ขนาด ๓/๘ x ๓/๘x๑/๔ นิ้ว ส่วนปลายของข้อต่อ ด้าน ๑/๔ นิ้ว เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๗๐ นิ้ว ส่วนปลายสายยางมีฝาครอบปิดสีเหลือง ปลายข้อต่อตัว Y มีฝาครอบปิดสีเหลือง สายยางชนิดนี้ มีจำนวน ๑ เส้น (ผู้กรัดสายยางทุกจุด) (inlet line of hemoconcentrater)

๔. สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๓๕ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับตัวกรองแก๊ส ปลาย ด้านหนึ่งของตัวกรองแก๊สต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔x๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ปลายสายยางทั้งสองด้านมี ฝาครอบปิดสีเขียว สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (gas line)

๕. สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว พร้อมที่หนีบสำหรับ ปิด และเปิดสายยาง (clamp) ปลายด้านหนึ่งมีฝา ครอบปิดสีเหลือง ปลายอีกด้านหนึ่งต่อกับข้อต่อขนาด ๑/๔x๑/๔ นิ้ว พร้อม luer lock ซึ่งต่อกับ ๓ way stopcock ปลายอีกด้านหนึ่งของข้อต่อเชื่อมกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔x๑/๑๖ ๑/๔x๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๑๐ นิ้ว ปลายสายยางอีกด้านหนึ่ง มีฝาครอบปิดสีเหลือง สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (ผู้กรัดสายยางทุกจุด) (outlet line of hemoconcentrater)

๖. สายยางซิลิโคน ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๗๕ นิ้ว ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด สีเหลือง จำนวน ๑ เส้น (head pump line)

๗. สายยาง พีวีซีใสขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว ปลายสายยางข้างหนึ่งมีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน ปลายอีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๑ ขนาด ๓/๘x๓/๘x ๓/๘ นิ้ว ปลายข้างหนึ่ง ของตัว Y มีฝาครอบ ปิดสีเหลือง ปลายอีกข้างหนึ่งของข้อต่อเชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘x๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว พร้อมที่ หนีบสำหรับปิดและเปิดสายยาง (clamp) สายยาง ๗ นิ้วนี้ ต่อกับข้อ ต่อตัว Y ตัวที่ ๒ ขนาด ๓/๘x ๓/๘ x ๑/๔ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ นี้ ต่อกับสายยางพีวีซีใสขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว ปลายสายยาง มีฝาครอบปิดสีแดง ปลายอีกด้านหนึ่งของข้อ ต่อ ต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔x๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว ปลายสายยางมีฝาครอบปิด สีแดง สายยางชนิดนี้มี ๑ เส้น (ผู้กรัดสายยางทุกข้อต่อ) (PRONTO line)

๘. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๕ นิ้ว พร้อมที่หนีบสำหรับปิดและเปิดสายยาง (clamp) ปลายทั้งสองข้างมี ฝาครอบปิดสีเหลือง จำนวน ๑ เส้น (filtrate water line)

๙. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว ปลายด้านหนึ่งมี ฝาครอบปิดสีเหลือง ปลาย อีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ขนาด ๑/๔ x ๑/๔x ๑/๔ นิ้ว ส่วนปลายทั้งสองด้านของข้อต่อ เชื่อมต่อกับ สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว สายยางทั้งสองนี้ประกอบ ด้วยที่หนีบ สำหรับ ปิด-เปิดสาย ยาง (clamp) ส่วนปลายสายยางพีวีซีนี้ ต่อกับตัวกรองและspike แหลมคม สำหรับแทง ถูงน้ำเกลือ สายยาง ชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (quick prime line)

๑๐. สายสำหรับวัดความดัน (Pressure line tubing) ยาว ๓๖-๔๐ นิ้ว ปลายทั้ง ๒ ข้าง เป็น Male Locker ปลายอีกด้าน ต่อกับ ๓-way stopcock ปลาย ด้านหนึ่งของ ๓-way stopcock เชื่อมต่อกับ Filter ซึ่ง ซึ่งต่อกับสายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๘ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๓ นิ้ว ส่วนปลายมีฝาครอบปิดสีขาว สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น

๑๑. Pressure tubing ยาว ๑๕ นิ้ว ปลายทั้ง ๒ ข้าง เป็น Male locker ปลายข้างหนึ่งของ Male locker ต่อกับ ๓ way stopcock ส่วนกลางสายประกอบด้วย one way valve สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น และเพิ่ม ๓ way stopcock อีก ๑ ตัว รวมเป็น ๓ way stopcock ทั้งหมด ๒ ตัว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก

๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายสนธิ์ สีสานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุวิทย์ จักสาน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวชนิกานต์ สุทธิปัญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดสายยางสำหรับเด็ก น้ำหนักระหว่าง ๑๐-๓๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๐ ชุด (รายการที่ ๖)

วัตถุประสงค์

เป็นสายยาง ใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจ ปอดเทียม ขณะผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด มีความปลอดภัย ต่อผู้ป่วยเมื่อใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. สามารถทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ องศาเซลเซียส และทนความเย็นได้ไม่ต่ำกว่า -๑๐ องศาเซลเซียส
๒. เป็นสายยางชนิด โปร่งใส (Transparency)
มีความยืดหยุ่น (Resilience)
มีความแข็งแรง (Hardness)
เหนียว ทนทาน ไม่เปราะ (Resist cracking and rupture)
๓. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซ Ethylene oxide บรรจุในภาชนะที่ปราศจากเชื้อสามารถเปิดใช้งานได้ทันที

คุณลักษณะเฉพาะชุดสายยางบนโต๊ะผ่าตัด

๑. สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว สายยางนี้ประกอบด้วยที่หนีบ (clamp) สำหรับปิด-เปิด ปลายสายยางด้านหนึ่งต่อกับ spike เหลมคมสำหรับแทงถุงน้ำเกลือ ปลายอีกด้านหนึ่งมีฝาปิดสีขาว สายยางชนิดนี้มีจำนวน ๑ เส้น
๒. สายยางพีวีซีใสขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๔๐ นิ้ว ปลายสายยางด้านหนึ่ง มีฝาครอบปิดสีแดง และติดแถบสีแดง ปลายอีกด้านหนึ่งมีสีน้ำเงินและติดแถบสีน้ำเงินสายยางชนิดนี้มีจำนวน ๑ เส้น (arterial-venous line)
๓. สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๔๐ นิ้ว เชื่อมต่อกับ สายยาง พีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๓ นิ้ว ปลายสาย ยางทั้งสอง ด้านมีฝาครอบปิดเป็นสีแดงเดียวกัน โดยแต่ละเส้นมีแถบสีทั้ง ๒ ปลาย เป็น สัญลักษณ์ซึ่งตรงกับสีฝาครอบปิด (ติดแถบสีให้ห่างจากส่วนปลายของสายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว เป็นระยะ ๕ นิ้ว) สายยางชนิดนี้ มีจำนวน ๔ เส้น โดยมีฝาครอบปิด สีน้ำเงิน สีเหลือง สีขาว และสีแดง
๔. สายยางพีวีซีใส ๑/๘ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๑๒๐ นิ้ว ปลายสายทั้ง ๒ ด้านเป็น Male luer lock สายยาง ชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (MUF line)

คุณลักษณะเฉพาะชุดสายยางใช้กับเครื่องหัวใจ - ปอดเทียม

๑. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๖๐ นิ้ว จำนวน ๔ เส้น ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรงขนาด ๑/๔ x ๑/๔ นิ้ว พร้อม luer lock ปลายสายยางทั้งสองด้านมีฝาครอบปิดเป็นสีแดงเดียวกัน โดยแต่ละเส้นมีแถบสีเป็นสัญลักษณ์ ตรงกับสีฝาครอบปิด โดยฝาครอบปิดมีสีน้ำเงิน สีเหลือง สีขาว สีแดง (ผูกมัดสายยางที่เชื่อมกับข้อต่อทุกจุด) (suction line)
๒. สายยาง พีวีซีใสขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ปลายสายยางข้างหนึ่งมีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน ปลายอีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๑ ขนาด ๓/๘ x ๓/๘ x ๓/๘ นิ้ว พร้อม luer lock ซึ่งต่อกับ ๓ way stopcock ปลายข้างหนึ่งของข้อต่อมีฝาครอบปิดสีแดง ปลายอีกข้างหนึ่งของ ข้อต่อเชื่อมต่อกับสายยาง พีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว พร้อมที่หนีบสำหรับปิดและเปิดสายยาง (Clamp) สายยาง ๕ นิ้ว นี้ต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ ขนาด ๓/๘ x ๓/๘ x ๓/๘ นิ้ว ปลายข้าง หนึ่งของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ นี้ ต่อกับสายยาง พีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ปลาย สายยางมีฝาครอบปิดสี แดง ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งของข้อต่อ Y ตัวที่ ๒ เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใสขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ซึ่งต่อกับ ข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๓ ขนาด ๓/๘ x ๓/๘ x ๓/๘ นิ้ว ปลายข้อต่อด้านหนึ่งของตัว Y ตัวที่ ๓ มีฝาครอบปิดสีแดง ปลายอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับ สายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว พร้อมที่หนีบสำหรับปิดและเปิดสายยาง (clamp) สายยาง ๘ นิ้วนี้...

x มณ

นิ้วนี้ต่อกับข้อต่อ ตัว Y ตัวที่ ๔ ขนาด ๓/๘ x ๓/๘ x ๓/๘ นิ้ว โดยส่วนปลายข้างหนึ่งของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๔ ต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว ส่วนปลายสายยางมีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน และปลาย อีกด้านหนึ่งของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๔ นี้มีฝาครอบปิดสีน้ำเงินสายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (ผู้รัดสายยางทุกจุด) (inlet of venous reservoir ,arterial filter)

๓. สายยางพีวีซีใสขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งมีฝาครอบปิดสีเหลือง ปลายอีก ข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ขนาด ๓/๘ x ๓/๘ x ๑/๔ นิ้ว ส่วนปลายของข้อต่อด้าน ๑/๔ นิ้ว เชื่อมต่อกับ สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๗๐ นิ้ว ส่วนปลายสายยางมี ฝาครอบปิดสีเหลือง ปลายข้อต่อตัว Y ด้าน ๓/๘ นิ้ว มีฝาครอบปิดสีเหลือง สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (ผู้รัดสายยางทุกจุด) (inlet line of hemoconcentrater)

๔. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๒ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ปลายด้านหนึ่งมีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน ปลายอีก ด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว ส่วนปลายสายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว มีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน สายยางชนิดนี้มีจำนวน ๑ เส้น

๕. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๓๕ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับตัวกรองแก๊ส ปลาย ปลายด้านหนึ่งของตัวกรองแก๊สต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ปลายสายยางทั้งสอง ด้านมีฝาครอบปิดสีเขียว สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น

๖. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๕ นิ้ว พร้อมทั้งหนีบสำหรับปิด และเปิดสายยาง (clamp) ปลายด้านหนึ่งมีฝาครอบปิดสีเหลือง ปลายอีกด้านหนึ่งต่อกับข้อต่อ ขนาด ๑/๔ x ๑/๔ นิ้ว พร้อม luer lock ซึ่งต่อกับ ๓ way stopcock ปลายอีกด้านหนึ่งของข้อต่อ เชื่อมกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๑๐ นิ้ว ปลายด้านหนึ่งของสายยาง มีฝาครอบปิดสีเหลือง สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (ผู้รัดสาย ยางทุกจุด) (outlet line of hemoconcentrater)

๗. สายยางซิลิโคน ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๗๕ นิ้ว ปลายทั้งสอง ด้านมีฝาครอบปิดสีเหลือง สาย ยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (head pump line)

๘. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๕ นิ้ว พร้อมทั้งหนีบสำหรับปิดและเปิดสายยาง ปลายทั้งสองข้างมี ฝาครอบปิดสีเหลือง จำนวน ๑ เส้น (filtrate water line)

๙. สายยาง พีวีซีใสขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว ปลายสายยางข้างหนึ่งมีฝาครอบปิดสีน้ำเงิน ปลายอีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๑ ขนาด ๓/๘ x ๓/๘ x ๓/๘ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งของข้อต่อมีฝาครอบ ปิดสีเหลือง ปลายอีกข้างหนึ่งของข้อต่อเชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว พร้อมทั้ง หนีบ สำหรับปิดและเปิดสายยาง (clamp) สายยาง ๗ นิ้วนี้ ต่อกับข้อต่อ ตัว Y ตัวที่ ๒ ขนาด ๓/๘ x ๓/๘ x ๓/๘ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ นี้ ต่อกับสายยาง พีวีซี ไสขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว ปลายสายยาง มีฝาครอบปิดสีแดงปลายอีกข้าง หนึ่งของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ ต่อกับสายยางพีวีซีใส ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๑๐ นิ้ว ปลายสายยางนี้มีฝาครอบ ปิดสีแดง สายยางชนิดนี้มี ๑ เส้น (ผู้รัดสายยางทุกจุด) (PRONTO line)

๑๐. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว ปลายด้านหนึ่งมีฝาครอบปิดสีแดง ปลายอีก ด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ขนาด ๑/๔ x ๑/๔ x ๑/๔ นิ้ว ส่วนปลายทั้งสองด้านของข้อต่อ เชื่อมต่อ กับสาย ยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว สายยางทั้งสองนี้ ประกอบด้วยที่หนีบ สำหรับปิด-เปิด (clamp) ส่วนปลายสายยางพีวีซีนี้อ ต่อ กับตัวกรองและ Spike แหลมคมสำหรับแทงถุงน้ำเกลือ สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (quick prime line)

๑๑. สายสำหรับวัดความดัน (Pressure line tubing) ยาว ๓๖-๔๐ นิ้ว ปลายทั้ง ๒ ข้าง เป็น Male locker ปลายด้านหนึ่ง ต่อกับ ๓-way stopcock ปลายด้านหนึ่งของ ๓-way stopcock เชื่อมต่อกับ Filter ซึ่งต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๘ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๓ นิ้ว ส่วนปลายมีฝาครอบปิดสีขาว สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น

๑๒. Pressure...

๘ มย

๑๒. Pressure tubing ยาว ๑๕ นิ้ว ปลายทั้ง ๒ ข้าง เป็น Male locker ปลายข้างหนึ่งของ Male lock ต่อกับ ๓ way stopcock ส่วนกลางสายประกอบด้วย one way valve สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น และเพิ่ม ๓ way stopcock ๑ ตัว รวมเป็น ๓ way stopcock ทั้งหมด ๒ ตัว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก

๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ).....ณ.....ประธานกรรมการ
(นายสนธิ์ ลีลห่านนท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ณ.....กรรมการ
(นายสุวิทย์ จักสาน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....รศ. สุทธิปัญญ.....กรรมการ
(นางสาวชนิกานต์ สุทธิปัญญ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดสายยางสำหรับเด็ก น้ำหนักมากกว่า ๓๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๐ ชุด (รายการที่ ๗)

วัตถุประสงค์

เป็นสายยาง ใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจ ปอดเทียม ขณะผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด มีความปลอดภัย ต่อผู้ป่วยเมื่อใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. สามารถทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ องศาเซลเซียส และทนความเย็นได้ไม่ต่ำกว่า -๑๐ องศาเซลเซียส
๒. เป็นสายยางชนิด โปร่งใส (Transparency)
มีความยืดหยุ่น (Resilience)
มีความแข็งแรง (Hardness)
เหนียว ทนทาน ไม่เปราะ (Resist cracking and rupture)
๓. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซ Ethylene oxide บรรจุในภาชนะที่ปราศจากเชื้อสามารถเปิดใช้งานได้ทันที

คุณลักษณะเฉพาะชุดสายยางบนโต๊ะผ่าตัด

๑. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๒ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๔๕ นิ้ว ปลายสายยางด้านหนึ่งมีฝาคอปิดสีน้ำเงิน และติดแถบสีน้ำเงิน ปลายอีกด้านหนึ่งต่อกับข้อต่อ ขนาด ๑/๒x๓/๘ นิ้ว ปลายอีกด้านหนึ่งของข้อต่อเชื่อมกับสายยางสายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๔๕ นิ้ว ปลายสายยางด้านที่เหลือ มี ฝาคอปิดสีแดง และติดแถบสีแดง สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (arterial-venous line)

๒. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔x๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว สายยางนี้ประกอบด้วยที่หนีบ (clamp) สำหรับ ปิด-เปิด ปลายสายยางด้านหนึ่งต่อกับ spike เหลมคมสำหรับแทงถุงน้ำเกลือ ปลายอีกด้านหนึ่งมีฝาคอปิดสีขาว สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น

๓. สายยางพีวีซีใส ๑/๘ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๑๒๐ นิ้ว ปลายสายทั้ง ๒ ด้าน เป็น Male luer lock สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (MUF line)

๔. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๙๐ นิ้ว เชื่อมต่อกับ สายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘x๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๓ นิ้ว ปลายสายยางทั้งสอง ด้านมีฝาคอปิดสีเดียวกัน โดยแต่ละเส้นมี แถบสีทั้ง ๒ ปลายเป็นสัญลักษณ์ซึ่งตรงกับ สีฝาคอปิด (ติดแถบสีให้ห่างจากส่วนปลายของสายยางพีวีซีใสขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว เป็นระยะ ๕ นิ้ว) สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๔ เส้น มีฝาคอปิดสีน้ำเงิน สีเหลือง สีขาว และสีแดง

คุณลักษณะเฉพาะชุดสายยางใช้กับเครื่องหัวใจ - ปอดเทียม

๑. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๖๐ นิ้ว จำนวน ๔ เส้น ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรง ขนาด ๑/๔x ๑/๔ นิ้ว พร้อม luer lock ปลายสายยางทั้งสองด้านมีฝาคอปิดสีเดียวกัน โดยแต่ละเส้นมี แถบสีเป็นสัญลักษณ์ตรงกับสีฝาคอปิด ฝาคอปิดมีสีน้ำเงิน สีเหลือง สีขาว และสีแดง (suction line)

๒. สายยาง พีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ปลายสายยางข้างหนึ่งมีฝาคอปิดสีน้ำเงิน ปลายอีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๑ ขนาด ๓/๘ x ๓/๘ x ๓/๘ นิ้ว พร้อม luer lock ซึ่งต่อกับ ๓ way stopcock ปลายข้างหนึ่งของข้อต่อมีฝาคอปิดสีแดง ปลายอีกข้างหนึ่งของข้อต่อเชื่อมต่อกับสายยาง พีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว พร้อมที่หนีบสำหรับปิดและเปิดสายยาง (clamp) สายยาง ๕ นิ้ว นี้ ต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ ขนาด ๓/๘x๓/๘x๓/๘ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ นี้ต่อกับสายยาง พีวีซีใส ขนาด ๓/๘x๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ปลายสายยางมีฝาคอปิดสีแดง ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งของข้อต่อ Y ตัวที่ ๒ เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ซึ่งต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๓ ขนาด ๓/๘ x ๓/๘ x ๓/๘ นิ้ว ปลายข้อต่อด้านหนึ่งของตัว Y ตัวที่ ๓ มีฝาคอปิดสีแดง ปลายอีก ด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใสขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว พร้อมที่หนีบสำหรับปิดและเปิดสายยาง (clamp)

สายยาง...

x ๓๖

สายยาง ๘ นิ้วนี้ ต่อกับ ข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๔ ขนาด ๓/๘ x ๓/๘ x ๑/๒ นิ้ว โดยปลายที่เหลือของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๔ มีฝารอบปิดสีน้ำเงิน สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (ผู้กรัดสายยางที่เชื่อมกับข้อต่อทุกจุด) (inlet of venous reservoir ,arterial filter)

๓. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งมีฝารอบปิดสีเหลืองปลายอีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ขนาด ๓/๘ x ๓/๘ x ๑/๔ นิ้ว ส่วนปลายของข้อต่อด้าน ๑/๔ นิ้ว เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๗๐ นิ้ว ส่วนปลายสายยางมีฝารอบปิดสีเหลือง ปลายข้อต่อตัว Y ข้างที่เหลือมีฝารอบปิดสีเหลือง สายยางชนิดนี้มีจำนวน ๑ เส้น (inlet line of hemoconcentrater)

๔. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๒ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว ปลายทั้ง ๒ ด้าน มีฝารอบปิดสีน้ำเงินสายยางชนิด นี้มี จำนวน ๑ เส้น

๕. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๓๕ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับตัวกรองแก๊ส ปลายด้านหนึ่งของตัวกรองแก๊สต่อกับสายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ปลายสายยางทั้งสองด้านมีฝารอบปิดสีเขียว สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น

๖. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว พร้อมทั้งหนีบสำหรับปิด และเปิดสายยาง (clamp) ปลายด้านหนึ่งมีฝารอบปิดสีเหลือง ปลายอีกด้านหนึ่งต่อกับข้อต่อ ขนาด ๑/๔ x ๑/๔ นิ้วพร้อม luer lock ซึ่งต่อกับ ๓ way stopcock ปลายอีกด้านหนึ่งของข้อต่อ เชื่อมกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๑๐ นิ้ว ปลายด้านหนึ่งของสายยาง มีฝารอบปิดสีเหลือง สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น (ผู้กรัดสาย ยางทุกจุด)

๗. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว จำนวน ๒ สาย ปลายด้านหนึ่งของทั้ง ๒ สาย มีฝารอบปิดสีเหลือง ปลายด้านที่เหลือของสายยางพีวีซีใส เชื่อมต่อกับข้อต่อ ขนาด ๑/๒ x ๓/๘ นิ้ว ปลายอีกด้านหนึ่งของข้อต่อ ๑/๒ x ๓/๘ นิ้วทั้ง ๒ ข้อ ต่อกับสายซิลิโคนขนาด ๑/๒ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๓๕ นิ้ว สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น

๘. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๕ นิ้ว พร้อมทั้งหนีบสำหรับปิดและเปิดสายยาง (clamp) ปลายทั้งสองข้างมี ฝารอบปิดสีเหลือง จำนวน ๑ เส้น

๙. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว ปลายสายยางข้างหนึ่งมีฝารอบปิดสีน้ำเงิน ปลายอีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๑ ขนาด ๓/๘ x ๓/๘ x ๓/๘ นิ้ว ปลายอีกข้างหนึ่งของข้อต่อมีฝารอบปิดสีเหลือง ปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว พร้อมทั้งหนีบสำหรับปิดและเปิดสายยาง(clamp) สายยาง ๗ นิ้ว นี้ต่อกับข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ ขนาด ๓/๘ x ๓/๘ x ๓/๘ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งของข้อต่อตัว Y ตัวที่ ๒ ต่อกับสายยางพีวีซี ขนาด ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๗ นิ้ว ปลายสายยางมีฝารอบปิดสี แดง ปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับสายยางใสพีวีซี ๓/๘ x ๓/๓๒ นิ้ว ยาว ๑๐ นิ้ว ปลายสายยางมีฝารอบปิดสีแดง สายยาง ชนิดนี้ มี ๑ เส้น (ผู้กรัดสายยางที่เชื่อมกับข้อต่อทุกจุด)

๑๐. สายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว ปลายด้านหนึ่งมีฝารอบปิดสีแดง ปลายอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตัว Y ขนาด ๑/๔ x ๑/๔ x ๑/๔ นิ้ว ส่วนปลายทั้งสองด้านของข้อต่อ เชื่อมต่อ กับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๔ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว สายยางทั้งสองนี้ ประกอบด้วยที่หนีบสำหรับปิด-เปิด (clamp) ส่วนปลายสายยางพีวีซีนี้อ ต่อ กับตัวกรองและ spike แหลมคม สำหรับแทง ถู้งน้ำเกลือ สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น

๑๑. สายสำหรับวัดความดัน (Pressure line tubing) ยาว ๓๖-๔๐ นิ้ว ปลายทั้ง ๒ ข้างเป็น Male locker ปลายด้านหนึ่ง ต่อกับ ๓-way stopcock ปลายด้านหนึ่งของ ๓-way stopcock เชื่อมต่อกับ Filter ซึ่งต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด ๑/๘ x ๑/๑๖ นิ้ว ยาว ๓ นิ้ว ส่วนปลายมีฝารอบปิดสีขาว สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น

๑๒. Pressure tubing ยาว ๑๕ นิ้ว ปลายทั้ง ๒ ข้าง เป็น Male locker ปลายข้างหนึ่งของ Male locker ต่อกับ ๓ way stopcock ส่วนกลางสายประกอบด้วย one way valve สายยางชนิดนี้มี จำนวน ๑ เส้น และเพิ่ม ๓ way stopcock อีก ๑ เส้น รวมเป็น ๓ way stopcock ทั้งหมด ๒ ตัว

หมายเหตุ

๑. ชุดสายยางใช้กับเครื่องหัวใจ - ปอดเทียม ห่อด้วยกระดาษสีขาวยาสองชั้น
๒. ชุดสายยางบนโต๊ะผ่าตัด ห่อด้วยกระดาษสีฟ้าสองชั้น
๓. ชุดสายยางทั้งสองชนิดแยกบรรจุห่อ แต่บรรจุอยู่ในภาชนะรองรับเดียวกัน
๔. แสดงตัวเลข ที่กำหนดขนาดของสายยางตามน้ำหนักผู้ป่วย บนกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกกล่อง
๕. ผู้กรัดสายยางและข้อต่อทุกข้อต่อ
๖. รับประกันคุณภาพตลอดการใช้งานจนครบ จำนวน ๑๐๐ ชุด ที่กำหนด ดังนี้
 - ชุดสายยางสำหรับเด็ก น้ำหนักน้อยกว่า ๖ กิโลกรัม จำนวน ๓๐ ชุด
 - ชุดสายยางสำหรับเด็ก น้ำหนักระหว่าง ๖-๑๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๐ ชุด
 - ชุดสายยางสำหรับเด็ก น้ำหนักระหว่าง ๑๐-๓๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๐ ชุด
 - ชุดสายยางสำหรับเด็ก น้ำหนักมากกว่า ๓๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๐ ชุด
๗. จัดหาสายรัดสายยาง (Cable tie) ๒ ขนาด ดังนี้
 - ๑) ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๘ ถุงๆละ ๑๐๐ ชิ้น
 - ๒) ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๕ ถุงๆละ ๑๐๐ ชิ้น

โดยนับตั้งแต่วันรับมอบและในระหว่างรับประกัน หากพบสายยางชำรุดเสียหายผู้ขายต้องรับคืน และนำชุดใหม่มาเปลี่ยนให้แทนโดยไม่คิดมูลค่า

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก
๒. ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีเป็นผู้ประกวดราคาได้ หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสนธิศักดิ์ ลีลหามนต์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุวิทย์ จักสาน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวชนิกานต์ สุทธิปัญญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ