



ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๓.๐	จำนวน	๓๕	ชิ้น/piece
NEF			
๒. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๓.๕	จำนวน	๓๕	ชิ้น/piece
NEF			
๓. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๐	จำนวน	๓๐	ชิ้น/piece
NEF			
๔. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๕	จำนวน	๔๐	ชิ้น/piece
NEF			
๕. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๓.๐	จำนวน	๕๐	ชิ้น/piece
PEF			
๖. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๓.๕	จำนวน	๕๐	ชิ้น/piece
PEF			
๗. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๐	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
PEF			
๘. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๕	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
PEF			
๙. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๕.๐	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
PEF			
๑๐. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๕.๕	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
PEF			
๑๑. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๐	จำนวน	๕๐	ชิ้น/piece
PCF			

๑๒. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๕	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
PCF			
๑๓. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๕.๐	จำนวน	๗๐	ชิ้น/piece
PCF			
๑๔. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๕.๕	จำนวน	๕๐	ชิ้น/piece
PCF			
๑๕. ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๖.๐	จำนวน	๕๐	ชิ้น/piece
PLCF			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่กรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ารายหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ <https://www.childrenhospital.go.th> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์

หมายเลข ๑๔๑๕ ต่อ ๖๐๙๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอัศรฐาน จิตนุยานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๔๕/๒๕๖๗

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สถาบันสุขภาพเด็กฯ" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๓.๐ NEF	จำนวน	๓๕	ชิ้น/piece
๒.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๓.๕ NEF	จำนวน	๓๕	ชิ้น/piece
๓.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๐ NEF	จำนวน	๓๐	ชิ้น/piece
๔.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๕ NEF	จำนวน	๔๐	ชิ้น/piece
๕.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๓.๐ PEF	จำนวน	๕๐	ชิ้น/piece
๖.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๓.๕ PEF	จำนวน	๕๐	ชิ้น/piece
๗.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๐ PEF	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
๘.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๕ PEF	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
๙.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๕.๐ PEF	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
๑๐.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๕.๕ PEF	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
๑๑.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๐ PCF	จำนวน	๕๐	ชิ้น/piece
๑๒.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๕ PCF	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
๑๓.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๕.๐ PCF	จำนวน	๗๐	ชิ้น/piece
๑๔.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๕.๕ PCF	จำนวน	๕๐	ชิ้น/piece
๑๕.	ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๖.๐	จำนวน	๕๐	ชิ้น/piece

PLCF

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขีดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. **คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขีดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่กรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ารายหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบการเงินแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๒๘๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ การแพทย์จำนวน ๑๕ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันสุขภาพเด็กจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนออื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำความผิดอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ สถาบันสุขภาพเด็กฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ สถาบันสุขภาพเด็กฯ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ สถาบันสุขภาพเด็กฯ

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันสุขภาพเด็กฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบันสุขภาพเด็กฯ จะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สถาบันสุขภาพเด็กฯ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินคดี ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันสุขภาพเด็กฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอมุ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สถาบันสุขภาพเด็กฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สถาบันสุขภาพเด็กฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ สถาบันสุขภาพเด็กฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันสุขภาพเด็กฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันสุขภาพเด็กฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สถาบันสุขภาพเด็กฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันสุขภาพเด็กฯ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบันสุขภาพเด็กฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิว่างเงินสัญญาสะสมตามปฎิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สถาบันสุขภาพเด็กฯ จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ สถาบันสุขภาพเด็กฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสถาบันสุขภาพเด็กฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบันสุขภาพเด็กฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราพดนั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กฯ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบันสุขภาพเด็กฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสถาบันสุขภาพเด็กฯ ได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงปี ๒๕๖๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสถาบันสุขภาพเด็กฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงปี ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อสถาบันสุขภาพเด็กฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๙.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันสุขภาพเด็กฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๙.๔ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๙.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบันสุขภาพเด็กฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๙.๖ สถาบันสุขภาพเด็กฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันสุขภาพเด็กฯ ไม่ได้

(๑) สถาบันสุขภาพเด็กฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันสุขภาพเด็กฯหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สถาบันสุขภาพเด็กฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับสถาบันสุขภาพเด็กฯ ไว้ชั่วคราว

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาสารคาม

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๓.๐ NEF TRACH TUBE
จำนวน ๓๕ ชิ้น (รายการที่ ๑)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดไม่มี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อมี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. แบนรองคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่แบนรองคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๗. ปลายท่อมีลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๘. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๙. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาศฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๐. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๑. มีขนาด I.D. ๓.๐ mm O.D. ๔.๘ mm Length ๓๐ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cor:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment
๔. บนซองบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำปราคาจากชื่อที่อยู่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No.ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตินี้ ในแต่ละครั้ง
๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง

any.

๖. หากเมื่อใด...

๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางนาฏยพร จรรย์เรืองศิริกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกรกช ธรรมกิจ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๓.๕ NEF TRACH TUBE
จำนวน ๓๕ ชิ้น (รายการที่ ๒)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดไม่มี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อมี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. แผ่นรองคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของคอเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่เป็นรองคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๗. ปลายท่อมี่ลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๘. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๙. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาษฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๐. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๑. มีขนาด I.D. ๓.๕ mm O.D. ๕.๔ mm Length ๓๒ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cor:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment
๔. บนซองบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อที่อยู่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No. ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในแต่ละครั้ง
๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง

ay

๖. หากเมื่อใด...

๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางนาฏยพร จรรย์เรืองชिरกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกรกช ธรรมกิจ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๐ NEF TRACH TUBE
จำนวน ๓๐ ชิ้น (รายการที่ ๓)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดไม่มี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อมี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. แขนงรองคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของคอเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่แขนงรองคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๗. ปลายท่อมี่ลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๘. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๙. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาษฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๐. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๑. มีขนาด I.D. ๔.๐ mm O.D. ๖.๐ mm Length ๓๔ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cor:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment
๔. บนของบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อที่อยู่ที่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No.ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในแต่ละครั้ง
๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง




๖. หากเมื่อใด...

๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางนาฏยพร จรรย์เรืองศิริกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกรกช ธรรมกิจ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๕ NEF TRACH TUBE
จำนวน ๔๐ ชิ้น (รายการที่ ๔)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดไม่มี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อมี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. แบนรองคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของคอเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่แบนรองคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๗. ปลายท่อมีลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๘. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๙. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาษฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๐. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๑. มีขนาด I.D. ๔.๕ mm O.D. ๖.๗ mm Length ๓๖ mm

เงื่อนไขเฉพาะ


๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cor:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment
๔. บนซองบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อที่อยู่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No.ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในแต่ละครั้ง
๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง


๖. หากเมื่อใด...

๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางนาฏยพร จรรย์เรืองชีรกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกรกช ธรรมกิจ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๓.๐ PEF TRACH TUBE
จำนวน ๕๐ ชิ้น (รายการที่ ๕)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดไม่มี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อมี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. เป็นร่องคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของคอเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่เป็นร่องคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๗. ปลายท่อมีลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๘. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๙. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาษฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๐. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๑. มีขนาด I.D. ๓.๐ mm O.D. ๔.๘ mm Length ๓๙ mm

เงื่อนไขเฉพาะ


๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cgr:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment
๔. บนของบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อที่อยู่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No.ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในแต่ละครั้ง
๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง



๖. หากเมื่อใด...

๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางนาฏยพร จรรย์เรืองธีรกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)   กรรมการ
(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)   กรรมการ
(นายกรกช ธรรมกิจ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๓.๕ PEF TRACH TUBE
จำนวน ๕๐ ชิ้น (รายการที่ ๖)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดไม่มี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อมี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. แผ่นรองคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของคอเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่แผ่นรองคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๗. ปลายท่อมีลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๘. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๙. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาษฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๐. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๑. มีขนาด I.D. ๓.๕ mm O.D. ๕.๔ mm Length ๔๐ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cor:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment
๔. บนของบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อที่อยู่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No. ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในแต่ละครั้ง
๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง




๖. หากเมื่อใด...

๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางนาฏยพร จรรย์เรืองธีรกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกรกช ธรรมกิจ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๐ PEF TRACH TUBE
จำนวน ๖๐ ชิ้น (รายการที่ ๗)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดไม่มี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อมี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. แผ่นรองคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของคอเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่แผ่นรองคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๗. ปลายท่อมีลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๘. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๙. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาษฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๐. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๑. มีขนาด I.D. ๔.๐ mm O.D. ๖.๐ mm Length ๔๑ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cor:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment
๔. บนซองบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อที่อยู่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No.ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในแต่ละครั้ง
๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง



๖. หากเมื่อใด...

๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางนาฏยพร จรรย์เรืองชีรกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)   กรรมการ
(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)   กรรมการ
(นายกรกช ธรรมกิจ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๕ PEF TRACH TUBE
จำนวน ๖๐ ชิ้น (รายการที่ ๘)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดไม่มี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อมี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. แผ่นรองคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของคอเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่แผ่นรองคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๗. ปลายท่อมีลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๘. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๙. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาษฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๐. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๑. มีขนาด I.D. ๔.๕ mm O.D. ๖.๗ mm Length ๔๒ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cor:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment
๔. บนซองบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อที่อยู่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No. ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตินี้ ในแต่ละครั้ง
๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง


๖. หากเมื่อใด...

๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางนาฏยพร จรรย์เรืองศิริกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกรกช ธรรมกิจ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๕.๐ PEF TRACH TUBE
จำนวน ๖๐ ชิ้น (รายการที่ ๙)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดไม่มี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อมี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. แบนรองคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของคอเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่เป็นรองคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๗. ปลายท่อมีลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๘. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๙. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาษฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๐. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๑. มีขนาด I.D. ๕.๐ mm O.D. ๗.๓ mm Length ๔๔ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cor:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment
๔. บนซองบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อที่อยู่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No. ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในแต่ละครั้ง
๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง



๖. หากเมื่อใด...

๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางนาฏยพร จรรย์เรืองชีรกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกรกช ธรรมกิจ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๕.๕ PEF TRACH TUBE
จำนวน ๖๐ ชิ้น (รายการที่ ๑๐)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดไม่มี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อมี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. แผ่นรองคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของคอเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่แผ่นรองคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๗. ปลายท่อมีลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๘. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๙. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาษฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๐. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๑. มีขนาด I.D. ๕.๕ mm O.D. ๗.๙ mm Length ๔๖ mm

เงื่อนไขเฉพาะ


๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cor:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment
๔. บนซองบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำปราคาจากชื่อที่อยู่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No. ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในแต่ละครั้ง
๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง



๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางนาฏยพร จรรย์เรืองศิริกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกรกช ธรรมกิจ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๐ PCF TRACH TUBE
จำนวน ๕๐ ชิ้น (รายการที่ ๑๑)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดมี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula), และ คัฟ (Cuff) สีใส ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อมี่ Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. แผ่นรองคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของคอเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่เป็นรองคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. คัฟ (Cuff) มีลักษณะเป็น Taper shaped cuff ช่วยลดการเกิด air leak, fluid leak, aspiration และ workout breathing มีเนื้อบาง ช่วยลดแรงต้านขณะใส่ท่อหลอดลมคอ
๗. Inflation System ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer and Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
๘. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๙. ปลายท่อมี่ลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๑๐. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๑๑. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาษฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๒. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๓. มีขนาด I.D. ๔.๐ mm O.D. ๖.๐ mm Length ๔๑ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cor:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment



๔. บนของบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อที่อยู่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No.ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในแต่ละครั้ง

๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง


๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lotและหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางนาฏยพร จรรย์เรืองศิริกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกรกช ธรรมกิจ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๔.๕ PCF TRACH TUBE
จำนวน ๖๐ ชิ้น (รายการที่ ๑๒)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดมี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula), และ คัฟ (Cuff) สีส้ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อมี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. แผ่นรองคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของคอเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่เป็นรองคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. คัฟ (Cuff) มีลักษณะเป็น Taper shaped cuff ช่วยลดการเกิด air leak, fluid leak, aspiration และ workout breathing มีเนื้อบาง ช่วยลดแรงต้านขณะใส่ท่อหลอดลมคอ
๗. Inflation System ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer and Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
๘. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๙. ปลายท่อมีลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๑๐. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๑๑. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาษฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๒. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๓. มีขนาด I.D. ๔.๕ mm O.D. ๖.๗ mm Length ๔๒ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cor:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment


๔. บนซอง...

๔. บนของบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อที่อยู่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No. ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในแต่ละครั้ง

๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง

๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางนาฏยพร จรรย์เรืองธีรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกรกช ธรรมกิจ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๕.๐ PCF TRACH TUBE
จำนวน ๗๐ ชิ้น (รายการที่ ๑๓)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดมี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula), และ คัฟ (Cuff) สีใส ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อบี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. แผ่นรองคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของคอเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่เป็นรองคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. คัฟ (Cuff) มีลักษณะเป็น Taper shaped cuff ช่วยลดการเกิด air leak, fluid leak, aspiration และ workout breathing มีเนื้อบาง ช่วยลดแรงต้านขณะใส่ท่อหลอดลมคอ
๗. Inflation System ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer and Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
๘. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๙. ปลายท่อบีลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๑๐. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๑๑. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาษฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๒. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๓. มีขนาด I.D. ๕.๐ mm O.D. ๗.๓ mm Length ๔๔ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cor:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment

๔. บนของบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อที่อยู่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No.ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในแต่ละครั้ง

๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง

๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lotและหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางนาฏยพร จรรย์เรืองธีรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกรกช ธรรมกิจ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๕.๕ PCF TRACH TUBE
จำนวน ๕๐ ชิ้น (รายการที่ ๑๔)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดมี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula), และ คัฟ (Cuff) สีใส ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อบางมี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. แผ่นรองคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของคอเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่แผ่นรองคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. คัฟ (Cuff) มีลักษณะเป็น Taper shaped cuff ช่วยลดการเกิด air leak, fluid leak, aspiration และ workout breathing มีเนื้อบาง ช่วยลดแรงต้านขณะใส่ท่อหลอดลมคอ
๗. Inflation System ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer and Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
๘. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๙. ปลายท่อบางมีลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๑๐. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๑๑. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาษฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๒. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๓. มีขนาด I.D. ๕.๕ mm O.D. ๗.๙ mm Length ๔๖ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cor:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment

๔. บนของบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อที่อยู่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No.ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในแต่ละครั้ง

๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง

๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lotและหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางนาฏยพร จรรย์เรืองศิริกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกรกช ธรรมกิจ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อเจาะคอช่วยหายใจ ขนาด ๖.๐ PLCF TRACH TUBE
จำนวน ๕๐ ชิ้น (รายการที่ ๑๕)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และเป็นทางดูดเสมหะออกจากหลอดลม

ความต้องการ

ท่อหลอดลมคอชนิดมี Cuff ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการเจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวท่อ (Cannula), และ คัฟ (Cuff) สีใส ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer
๒. Obturator ผลิตจาก Medical Grade Polypropylene
๓. ตัวท่อมี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูตำแหน่งท่อ
๔. แผ่นรองคอ (Neck Plate) ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer มีการออกแบบให้มีทรงป้านตามลักษณะกายภาพของคอเด็ก
๕. ระบุประเภทและขนาดท่อหลอดลมคอที่แผ่นรองคอ (Neck Plate) แบบ ISO size เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
๖. คัฟ (Cuff) มีลักษณะเป็น Taper shaped cuff ช่วยลดการเกิด air leak, fluid leak, aspiration และ workout breathing มีเนื้อบาง ช่วยลดแรงต้านขณะใส่ท่อหลอดลมคอ
๗. Inflation System ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric Based non-phthalate plasticizer and Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
๘. Connector ขนาด ๑๕ mm. ผลิตจาก Medical Grade PVC with a Citric based non-phthalate plasticizer
๙. ปลายท่อมีลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ทำให้ง่าย สะดวกขณะทำการใส่ท่อหลอดลมคอ
๑๐. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อด้วย Sterility Assurance Level (SAL) utilizing the existing validated cycle ๖๖
๑๑. บรรจุใน Tray ปิดผนึกกระดาษฟิล์ม ด้วยระบบ Multivac
๑๒. ในบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 - Outer Canular ๑ ชิ้น
 - Obturator ๑ ชิ้น
 - เชือกผูกท่อหลอดลมคอ ๑ ชุด
๑๓. มีขนาด I.D. ๖.๐ mm O.D. ๘.๕ mm Length ๕๔ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. ผ่านมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑:๒๐๐๐ Biocompatibility และ ISO ๕๓๖๖-๓:๒๐๐๑ / Cor:๒๐๐๓b ตามเกณฑ์ของ Anesthetic and Respiratory Equipment

๔. บนของบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นแสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อที่อยู่บริษัทและประเทศผู้ผลิต Lot. No.ของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในแต่ละครั้ง

๕. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง


๖. หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lotและหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัท

๗. การส่งมอบจะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกำหนด โดยให้ทำการส่งมอบภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางนาฏยพร จรรย์เรืองธีรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางรัชฎา โพธิ์ศรีทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกรกช ธรรมกิจ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ