

รายละเอียด สายสำหรับให้อาหาร (Feeding Tube) No ๘

คุณลักษณะ

๑. เป็นสายสำหรับให้อาหารเหลวทำจาก PVC ชนิด Medical Grade มีความยาว ๕๐ เซนติเมตร และมีความยืดหยุ่นพอเหมาะ ไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ
๒. ตัวสายมีลักษณะใส เพื่อสามารถสังเกตสีและลักษณะของอาหารได้ชัดเจน
๓. ผิวของสายทั้งภายนอกและภายใน มีลักษณะเรียบสม่ำเสมอตลอดเส้น เพื่อช่วยให้การใส่สายเข้าไปทางเดินอาหารสะดวก ไม่ระคายต่อเยื่อบุของหลอดอาหารขณะใส่
๔. ปลายสายมีลักษณะ ดังนี้
 - ๔.๑ มีลักษณะโค้งมน เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และไม่มีรูเปิด
 - ๔.๒ ด้านข้างของปลายสาย มีรูจำนวน ๒ รู อยู่ตรงข้ามกันแต่อยู่คนละระดับโดยทั้ง ๒ รู ต้องอยู่ห่างจากปลายสายไม่เกิน ๑.๕ ซม. และรูทั้ง ๒ ต้องสามารถให้อาหารเหลวผ่านได้ง่าย
๕. สีของข้อต่อ (Connector) ของสายเป็นสีตามเบอร์แบบมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีฝาปิดที่ข้อต่อและปิดฝาได้สนิทไม่หลุดง่าย
๖. มีขีดบอกตำแหน่งความลึกของสายทุก ๑๐ เซนติเมตร โดยเริ่มจากปลายสายตั้งแต่มาระดับ ๒๐ ๓๐ และ ๔๐ เซนติเมตร
๗. ผลิตรักษะบรรจุของละ ๑ เส้น ในซองที่ผ่านขั้นตอนการทำให้เป็นสุญญากาศ ที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้
๘. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas หรือ Gamma Ray

เงื่อนไข

๑. มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า จะต้องมีการนำเข้าที่ยังไม่หมดอายุ
๓. ถ้าผลิตในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
๔. มีมาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ ISO ๑๓๔๘๕ หรือ ISO ที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือระบบงานที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๕. บนซองบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้น แสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่บริษัท ประเทศผู้ผลิตเลขที่ Lot ที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯ ในแต่ละครั้ง
๖. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากผู้ผลิต ยื่นมาพร้อมเอกสารประกวดราคา
๗. บริษัทที่ต้องการเข้ามาเสนอราคาต้องส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดสอบการใช้งาน จำนวน ๑๐๐ เส้น
๘. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการใช้งานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ด้วยคะแนนเฉลี่ย $\geq$ ร้อยละ ๗๕
๙. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว บริษัทต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน


๑๐. เมื่อ/...

๑๐. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯ แล้ว หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot ภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้ง กรณีไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์ Lot ใหม่ได้ตามกำหนด ต้องหาผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า มาทดแทนในระหว่างที่รอการเปลี่ยน Lot ใหม่ และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้ง แล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัททั้งหมด

ลงชื่อ นสพ. วิมลพิษ ประธานกำหนดรายละเอียด
(นางสาวผุสณี วินยพงศ์พันธ์)

ลงชื่อ นส. จันทรา กรรมการ
(นางสาววรรณิ จันทรา)

ลงชื่อ นส. ไพรินทร์ กรรมการ
(นางสาวไพรินทร์ โพธิ์สว่าง)

รายละเอียด ชุดดูดเสมหะชนิดมีซีตบอทด้าแหน่งความลึก No ๘
(Suction Set FR.๘)

คุณลักษณะ

๑. เป็นชุดสำหรับดูดเสมหะสำเร็จรูป ประกอบด้วยสายดูดเสมหะเบอร์ ๘ ชนิดมีซีตบอทด้าแหน่งความลึก ๑ เส้น และถุงมือ (ข้างขวา) ๑ ข้าง
๒. สายดูดเสมหะทำจาก PVC ชนิด Medical Grade ที่ไม่นิ่มหรือแข็งจนเกินไป ไม่พับและไม่หักงอง่าย ไม่ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
๓. ขนาดของสายดูดเสมหะมีความยาวของสายไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และมีซีตบอทด้าแหน่งความลึกของสายเป็นเซนติเมตร ตั้งแต่ระยะที่ ๕-๓๐ เซนติเมตร โดยมีตัวเลขบอทด้าแหน่งทุก ๑ เซนติเมตร ต่อจากด้าแหน่งที่ ๕ เซนติเมตร จนถึงด้าแหน่ง ที่ ๓๐ เซนติเมตร
๔. ส่วนหัวของสายดูดเสมหะสามารถต่อเข้ากับข้อต่อที่ต่อกับสายจากเครื่องดูดเสมหะได้อย่างพอดี
๕. ส่วนปลายของสายดูดเสมหะตัดตรงไม่คมมีรูเปิด และมีรูเปิดอยู่ด้านข้าง ๒ ข้างๆ ละ ๑ รู โดยแต่ละรู อยู่สูงจากปลายสายไม่น้อยกว่า ๐.๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร และแต่ละรู เสมหะสามารถถูกดูดผ่านได้อย่างง่าย
๖. ถุงมือทำจากน้ำยางธรรมชาติ มีสีธรรมชาติของยาง ผิวเรียบ ไม่ร้าวซึมมีความหนาของยางไม่น้อยกว่า ๐.๐๘ มม. สามารถสวมใส่ได้ง่าย ไม่มีสารหล่อลื่นที่ทำให้เกิดการระคายเคืองขณะสวมใส่และไม่ขาดง่าย มี ๒ ขนาด คือ S และ M โดยสามารถระบุขนาดที่ต้องการในชุดได้
๗. ชุดดูดเสมหะผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วด้วย Ethylene Oxide Gas หรือ GAMMA RAY

เงื่อนไข

๑. มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า จะต้องมืใบอนุญาตการนำเข้าที่ยังไม่หมดอายุ
๓. ถ้าผลิตในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
๔. มีมาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ ISO ๑๓๔๘๕ หรือ ISO ที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือระบบงานที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๕. บนของบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้น แสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่บริษัท ประเทศผู้ผลิตเลขที่ Lot ที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมือายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯ ในแต่ละครั้ง
๖. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากผู้ผลิต ยื่นมาพร้อมเอกสารประกวดราคา
๗. บริษัทที่ต้องการเข้ามาเสนอราคาต้องส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดสอบการใช้งาน จำนวน ๑๐๐ ชุด (ถุงมือไซส์ S จำนวน ๗๐ ชุด ไซส์ M จำนวน ๓๐ ชุด)
๘. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการใช้งานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ด้วยคะแนนเฉลี่ย $\geq$ ร้อยละ ๗๕

๙. เมื่อ/...

๙. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว บริษัทต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๑๐. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot ภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้ง กรณีไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์ Lot ใหม่ได้ตามกำหนด ต้องหาผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า มาทดแทนในระหว่างที่รอการเปลี่ยน Lot ใหม่ และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้ง แล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัททั้งหมด

ลงชื่อ ประธานกำหนดรายละเอียด
(นางสาวผุสณี วินยพงศ์พันธ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาววรรณิ์ จันทร์มาศ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวไพรินทร์ โพธิ์สว่าง)

5

รายละเอียด ชุดดูดเสมหะชนิดมีซีตบอทด้าแหน่งความลึก No ๑๐
(Suction Set FR.๑๐)

คุณลักษณะ

๑. เป็นชุดสำหรับดูดเสมหะสำเร็จรูป ประกอบด้วยสายดูดเสมหะเบอร์ ๑๐ ชนิดมีซีตบอทด้าแหน่งความลึก ๑ เส้น และถุงมือ (ข้างขวา) ๑ ข้าง
๒. สายดูดเสมหะทำจาก PVC ชนิด Medical Grade ที่ไม่นิ่มหรือแข็งจนเกินไป ไม่พับและไม่หักงอ่าย ไม่ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
๓. ขนาดของสายดูดเสมหะมีความยาวของสายไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และมีซีตบอทด้าแหน่งความลึกของสายเป็นเซนติเมตร ตั้งแต่ระยะที่ ๕-๓๐ เซนติเมตร โดยมีตัวเลขบอทด้าแหน่งทุก ๑ เซนติเมตร ต่อจากด้าแหน่งที่ ๕ เซนติเมตร จนถึงด้าแหน่ง ที่ ๓๐ เซนติเมตร
๔. ส่วนหัวของสายดูดเสมหะสามารถต่อเข้ากับข้อต่อที่ต่อกับสายจากเครื่องดูดเสมหะได้อย่างพอดี
๕. ส่วนปลายของสายดูดเสมหะตัดตรงไม่คมมีรูเปิด และมีรูเปิดอยู่ด้า่นข้าง ๒ ข้างๆ ละ ๑ รู โดยแต่ละรู อยู่สูงจากปลายสายไม่น้อยกว่า ๐.๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร และแต่ละรู เสมหะสามารถถูกดูดผ่านได้อย่าง่าย
๖. ถุงมือทำจากน้ำยางธรรมชาติ มีสีธรรมชาติของยาง ผิวเรียบ ไม่ร้าวซึมมีความหนาของยางไม่น้อยกว่า ๐.๐๘ มม. สามารถสวมใส่ได้ง่าย ไม่มีสารหล่อลื่นที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองขณะสวมใส่และไม่ขาดง่าย มี ๒ ขนาด คือ S, M สามารถระบุขนาดที่ต้องการในชุดได้
๗. ชุดดูดเสมหะผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วด้วย Ethylene Oxide Gas หรือ GAMMA RAY

เงื่อนไข

๑. มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า จะต้องมืใบอนุญาตการนำเข้าที่ยังไม่หมดอายุ
๓. ถ้าผลิตในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
๔. มีมาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ ISO ๑๓๔๘๕ หรือ ISO ที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือระบบงานที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หมดอายุ
๕. บนซองบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้น แสดงรายละเอียดของชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่บริษัท ประเทศผู้ผลิตเลขที่ Lot ที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมือายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯ ในแต่ละครั้ง
๖. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกข้อจากผู้ผลิต ยื่นมาพร้อมเอกสารประกวดราคา
๗. บริษัทที่ต้องการเข้ามาเสนอราคาต้องส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดสอบการใช้งาน จำนวน ๑๐๐ ชุด (ถุงมือไซส์ S จำนวน ๗๐ ชุด ไซส์ M จำนวน ๓๐ ชุด)
๘. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการใช้งานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ด้วยคะแนนเฉลี่ย $\geq$ ร้อยละ ๗๕

๙. เมื่อ/...



๙. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว บริษัทต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กฯในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๑๐. เมื่อบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสถาบันสุขภาพเด็กฯแล้ว หากเมื่อใดก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทั้ง Lot ภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้ง กรณีไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์ Lot ใหม่ได้ตามกำหนด ต้องหาผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า มาทดแทนในระหว่างที่รอการเปลี่ยน Lot ใหม่ และหากเปลี่ยนถึง ๓ ครั้ง แล้ว ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด สถาบันสุขภาพเด็กฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับบริษัททั้งหมด

ลงชื่อ  ประธานกำหนดรายละเอียด
(นางสาวผุสณี วินยพงศ์พันธ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาววรรณ จันทร์มาศ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวไพรินทร์ โพธิ์สาวัง)

แบบประเมินวัสดุการแพทย์โดยคณะกรรมการพิจารณาราคา / E Bidding ปีงบประมาณ

ชื่อวัสดุการแพทย์เดือน พ.ศ.

รายการที่ประเมิน	ระดับคะแนน	คะแนนและเหตุผล				
		บริษัทที่ 1	บริษัทที่ 2	บริษัทที่ 3	บริษัทที่ 4	บริษัทที่ 5
1. คุณลักษณะตามรายละเอียดที่สถาบันกำหนด ที่แต่ละบริษัทเสนอ (คณะกรรมการจะให้คะแนนข้อนี้ในวันพิจารณาราคา/E Bidding) หมายเหตุ : ถ้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดมีคุณลักษณะไม่ถูกต้องตามที่สถาบันกำหนด คือ จะได้คะแนน = 0 จะถือว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ผ่านการประเมิน และจะไม่นำคะแนนการประเมินของหอ/งานมาพิจารณา	1) ถูกต้องและมีคุณสมบัติดีกว่ายี่ห้ออื่น = 50	1) = 50 ☐	1) = 50 ☐	1) = 50 ☐	1) = 50 ☐	1) = 50 ☐
	2) ถูกต้องแต่มีคุณสมบัติเหมาะสมน้อยกว่ายี่ห้ออื่น = 25	2) = 25 ☐	2) = 25 ☐	2) = 25 ☐	2) = 25 ☐	2) = 25 ☐
	3) ไม่ถูกต้องตามที่กำหนด = 0	3) = 0 ☐	3) = 0 ☐	3) = 0 ☐	3) = 0 ☐	3) = 0 ☐
						
						
						
						
						
						
						
						
						
คะแนนเฉลี่ย						
ผลการประเมิน		☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการ ลงชื่อ คณะกรรมการลำดับที่ 1

() ()

ลงชื่อ คณะกรรมการลำดับที่ 2 ลงชื่อ คณะกรรมการลำดับที่ 3

() ()

ลงชื่อ คณะกรรมการลำดับที่ 4

()

วตป. / /

แบบประเมินวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยงาน ปีงบประมาณ

ชื่อวัสดุการแพทย์

หอผู้ป่วย/งาน ที่ประเมิน เดือน พ.ศ.

รายการที่ประเมิน	ระดับคะแนน	คะแนนและเหตุผล				
		บริษัทที่ 1	บริษัทที่ 2	บริษัทที่ 3	บริษัทที่ 4	บริษัทที่ 5
1. ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ (คะแนนเต็ม = 15)	1.1 ● 3 คะแนน ● 0 คะแนน	☐ 3 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 3 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 3 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 3 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 3 คะแนน ☐ 0 คะแนน
1.1 ซองที่บรรจุสามารถป้องกัน น้ำหรือความชื้นไม่ให้ซึมผ่านได้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ (3 คะแนน)						
1.2 สามารถเปิดซองใช้ได้ สะดวก (2 คะแนน)	1.2 ● 2 คะแนน ● 0 คะแนน	☐ 2 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 2 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 2 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 2 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 2 คะแนน ☐ 0 คะแนน
1.3 บนซองที่บรรจุมีรายละเอียด ของผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ขนาด ความจุ เป็นต้น (5 คะแนน)	1.3 ● 5 คะแนน ● 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน
1.4 บนซองที่บรรจุมีวัดป.ที่ผลิต และหมดอายุ หรือมีวัดป.ที่ หมดอายุ (5 คะแนน)	1.4 ● 5 คะแนน ● 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน
	ถ้าให้ 0 คะแนน โปรดระบุเหตุผล	เหตุผล 1.1..... 1.2..... 1.3..... 1.4.....	เหตุผล 1.1..... 1.2..... 1.3..... 1.4.....	เหตุผล 1.1..... 1.2..... 1.3..... 1.4.....	เหตุผล 1.1..... 1.2..... 1.3..... 1.4.....	เหตุผล 1.1..... 1.2..... 1.3..... 1.4.....
2. ลักษณะและคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ (คะแนนเต็ม = 35 คะแนน)	2.1 ● 5 คะแนน ● 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 5 คะแนน ☐ 0 คะแนน
2.1 ผลิตภัณฑ์มีลักษณะตรงตาม การใช้งาน (5 คะแนน)	ถ้าให้ 0 คะแนน โปรดระบุเหตุผล	เหตุผล	เหตุผล	เหตุผล	เหตุผล	เหตุผล

แบบประเมินวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยงาน ปีงบประมาณ

ชื่อวัสดุการแพทย์

หอผู้ป่วย/งาน ที่ประเมิน เดือน พ.ศ.

รายการที่ประเมิน	ระดับคะแนน	คะแนนและเหตุผล				
		บริษัทที่ 1	บริษัทที่ 2	บริษัทที่ 3	บริษัทที่ 4	บริษัทที่ 5
2.2 มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับใช้กับผู้ป่วยโดยไม่เกิดอันตราย (30 คะแนน)	2.2 ● 30 คะแนน ● 0 คะแนน	☐ 30 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 30 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 30 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 30 คะแนน ☐ 0 คะแนน	☐ 30 คะแนน ☐ 0 คะแนน
ตัวอย่างเช่น - ไม่แข็งเกินไปหรืออ่อนเกินไป - มีความยาวเหมาะสม - มีวัสดุปิดมิดชิดป้องกัน การปนเปื้อนขณะใช้กับผู้ป่วย เช่น T way ต้องมีถูกปิดครบทั้ง 3 ทาง, IV set มีที่ปิดส่วนปลายที่จะต่อกับผู้ป่วยหรือ ส่วนที่จะแทง ต่อเข้ากับขวดสารน้ำ/ยา - ไม่มีรั่วซึมขณะใช้งาน - ไม่พบการแตกหรือชำรุดตั้งแต่อยู่ในช่องที่บรรจุ - ไม่หลุดเลื่อนหรือขาดได้ง่าย ขณะใช้งาน เช่น extension tube - ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อปิดผิวหนัง เช่น พลาสเตอร์ ไม่เหนียวเกินไปจนทำให้เกิดอันตรายกับผิวหนังได้ หรือมีความเหนียวไม่เพียงพอ ทำให้หลุดง่ายและสิ้นเปลือง - ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีซีตบอกร ปริมาตร หรือสำหรับการ ทวงวัด ซีตที่บอกระดับชัดเจน และเที่ยงตรง - ด้านอื่นๆที่มีคุณภาพไม่เหมาะสม สามารถระบุเพิ่มเติมได้	<u>ข้อ 2.2 ถ้ามี</u> <u>คุณภาพไม่</u> <u>เหมาะสมที่จะใช้</u> <u>กับผู้ป่วย แม้จะมี</u> <u>เพียง 1 อย่าง</u> <u>ก็ให้ 0 คะแนน</u> <u>โดยระบุเหตุผลที่</u> <u>ไม่เหมาะสม</u> <u>ซึ่งอาจเป็น</u> <u>เหตุผลอื่นที่ไม่ได้</u> <u>ระบุไว้ในตัวอย่าง</u> <u>ก็ได้ คือ</u>	เหตุผลที่ ไม่เหมาะสม	เหตุผลที่ ไม่เหมาะสม	เหตุผลที่ ไม่เหมาะสม	เหตุผลที่ ไม่เหมาะสม	เหตุผลที่ ไม่เหมาะสม
รวมคะแนน						

ลงชื่อ ผู้ประเมิน
()

ลงชื่อ หัวหน้าหอ/งาน
(.....)
วดป. / /

ผลรวมคะแนนประเมินวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ

ชื่อวัสดุการแพทย์ เดือน พ.ศ.

ชื่อบริษัท	คะแนนเฉลี่ยของแต่ละหอ/งาน										คะแนนการประเมินของการคณะกรรมการ	คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ยของหอ/งาน + คะแนนของการประเมินของการคณะกรรมการ
	หอ/งาน	หอ/งาน	หอ/งาน	หอ/งาน	หอ/งาน	หอ/งาน	หอ/งาน	หอ/งาน	หอ/งาน	หอ/งาน		
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

หมายเหตุ : บริษัทที่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย ≥ 75 คะแนน ขึ้นไป

บริษัทที่ผ่านการประเมิน คือ

1. บริษัท ได้คะแนน 4. บริษัท ได้คะแนน
2. บริษัท ได้คะแนน 5. บริษัท ได้คะแนน
3. บริษัท ได้คะแนน

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการพิจารณาราคา ลงชื่อ กรรมการ

(.....) (.....)

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(.....) (.....)

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(.....) (.....)

วตป. / /